

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769907-1
Сатып алудың атауы:	Температураны өлшеуге арналған кедергі температурасының түрлендіргіші
Лоттың нөмірі:	№ 81369540-ОИЗ
Лоттың атауы:	Термотүрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	төмен қысымды сұйық және газ тәрізді орталардағы температураны өлшеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термотүрлендіргіш ТСМ-50
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Марал ишан көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 30 календарлық күн көлемінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Термотүрлендіргіш ТСМ-50 ГОСТ 6651-2009. Жұмыс температурасының диапазоны: (-50°С) бастап (+150°С) дейін. Номиналды кедергісі: 50 Ом. Төзімділік класы: В (ГОСТ 6651 бойынша). Өлшеу құрылғысына қосылу схемасы: 3 сымды. Қорғаныш арматурасының материалы: Тот баспайтын болат (мысалы, 12Х18Н10Т). Шаң мен ылғалдан қорғау рейтингі: IP54 төмен емес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769907-1
Наименование закупки:	Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры
Номер лота:	№ 81369540-ОИЗ
Наименование лота:	Термопреобразователь
Описание лота:	для измерения температуры в жидких и газообразных средах с низким давлением
Дополнительное описание лота:	Термопреобразователь ТСМ-50
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда улица Марал ишан, 1
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термопреобразователь ТСМ-50 ГОСТ 6651-2009. Рабочий диапазон измеряемых температур: от (-50^) до (+150^). Номинальное сопротивление при): 50 Ом. Класс допуска: В (по ГОСТ 6651). Схема подключения к измерительному прибору: 3-х проводная. Материал защитной арматуры: Нержавеющая сталь (например, 12Х18Н10Т). Степень защиты от пыли и влаги: не ниже IP54