

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798839-1
Сатып алудың атауы:	ТАУАР ТҮРІМЕН АЛДЫН АЛА КЕЛІСУ! ТАУАР ҚАТАҢ ТҮРДЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК БОЙЫНША ҚАБЫЛДАНАДЫ! ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ!
Лоттың нөмірі:	№ 87829211-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тонометр
Лоттың сипаттауы:	инвазиялық емес, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Погрешность измерения (давление в манжете), мм. рт. ст. +- 3 мм рт. ст. в пределах 18°C - 33°C Погрешность измерения (частота пульса), % от показаний +- 6 мм рт. ст. в пределах 34°C - 40°C Место наложения манжеты Метод измерения Размер манжет 25-36 смАвтоматическая память последнего измерения Нет Количество ячеек памяти 0 Комплектация Сумка для хранения, стетоскоп, инструкция Габариты, вес и цвет Габариты манжеты 25-36 см Габариты прибора 17,5 x 3,5 x 6 см Вес 0,4 кг
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. Иманов 61
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт түзілген соң 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Погрешность измерения (давление в манжете), мм. рт. ст. +- 3 мм рт. ст. в пределах 18°C - 33°C Погрешность измерения (частота пульса), % от показаний +- 6 мм рт. ст. в пределах 34°C - 40°C Место наложения манжеты Метод измерения Размер манжет 25-36 смАвтоматическая память последнего измерения Нет Количество ячеек памяти 0 Комплектация Сумка для хранения, стетоскоп, инструкция Габариты, вес и цвет Габариты манжеты 25-36 см Габариты прибора 17,5 x 3,5 x 6 см Вес 0,4 кг

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798839-1
Наименование закупки:	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СОГЛАСОВАНИЕМ ОБРАЗЦА ТОВАРА! ТОВАР БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ СТРОГО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ!
Номер лота:	№ 87829211-3ЦП1
Наименование лота:	Тонометр
Описание лота:	неинвазивный, ручной
Дополнительное описание лота:	Погрешность измерения (давление в манжете), мм. рт. ст. +- 3 мм рт. ст. в пределах 18°C - 33°C Погрешность измерения (частота пульса), % от показаний +- 6 мм рт. ст. в пределах 34°C - 40°C Место наложения манжеты Метод измерения Размер манжет 25-36 смАвтоматическая память последнего измерения Нет Количество ячеек памяти 0 Комплектация Сумка для хранения, стетоскоп, инструкция Габариты, вес и цвет Габариты манжеты 25-36 см Габариты прибора 17,5 x 3,5 x 6 см Вес 0,4 кг
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара Иманов 61
Срок поставки:	В течение 16 дней со дня подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Погрешность измерения (давление в манжете), мм. рт. ст. +- 3 мм рт. ст. в пределах 18°C - 33°C Погрешность измерения (частота пульса), % от показаний +- 6 мм рт. ст. в пределах 34°C - 40°C Место наложения манжеты Метод измерения Размер манжет 25-36 смАвтоматическая память последнего измерения Нет Количество ячеек памяти 0 Комплектация Сумка для хранения, стетоскоп, инструкция Габариты, вес и цвет Габариты манжеты 25-36 см Габариты прибора 17,5 x 3,5 x 6 см Вес 0,4 кг