

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17833303-1
Сатып алудың атауы:	Басқа шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88330790-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гигрометр
Лоттың сипаттауы:	психометрлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гигрометр психометрлік
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы, Кооперация көшесі 44
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гигрометр ВИТ -2. Психрометриялық. Жеткізілетін тауар келесі метрологиялық және техникалық талаптарға қатаң сәйкес келуі тиіс. Метрологиялық талаптар: гигрометрлер өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне (грси) енгізілуі, қолданыстағы тіркеу куәлігі (ТҚ) болуы және бастапқы тексеру туралы куәлікпен және бұйымның паспортында тиісті белгімен бірге жүруі тиіс. Тексеру жиілігі: тексеру аралығы кемінде 1 жыл болуы керек. Тауарды жеткізу кезінде гигрометрлерде болуы керек Жаңа тексеру және тиісті құжатты ұсыну

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17833303-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88330790-ЗЦП1
Наименование лота:	Гигрометр
Описание лота:	психрометрический
Дополнительное описание лота:	Гигрометр психрометрический
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, ул. Коопрации 44
Срок поставки:	В течении 15 календарных дей со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гигрометр ВИТ -2. Психрометрический. Поставляемый товар должен строго соответствовать следующим метрологическим и техническим требованиям. Метрологический требования: гигрометры должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений (ГРСИ), иметь действующее Регистрационное удостоверение (РУ) и сопровождаться свидетельством о первичной поверке и соответствующей отметкой в паспорте изделия. Периодичность поверки: меж проверочный интервал должен составлять не менее 1 года. При поставки товара гигрометры должны иметь свежую поверку и предоставить соответствующий документ