

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17472774-1
Сатып алудың атауы:	Ветеринариялық қызметтің қажеттіліктері үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82723724-3ЦП1
Лоттың атауы :	Қайта айналдырғыш
Лоттың сипаттауы:	ультракүлгін, бактерицидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ультракүлгін ауа рециркуляторы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Торетай 30А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жабық типті бактерицидтік ультракүлгін рециркулятор (ауа зарарсыздандырғыш) ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Ауаны ультракүлгін бактерицидтік шамдары бар камера арқылы рециркуляциялау жолымен үй-жайларда зарарсыздандыруға арналған. Медициналық, ветеринариялық, зертханалық және әкімшілік үй-жайларда қолданылады. Жабдықтың сипаттамасы: • Құрылғы түрі: жабық типті ауа рециркуляторы. • Жұмыс принципі: корпус ішінде ультракүлгін сәулелендіру арқылы ауаны зарарсыздандыру. • Ұсынылатын үй-жай ауданы: 90-120 м². • Шам түрі: бактерицидтік ультракүлгін шамдар (UV-C). • Сәулелену толқын ұзындығы: шамамен 254 нм. • Шамдар саны: кемінде 2 дана (немесе модельге сәйкес). • Шам қуаты: әрқайсысы кемінде 15-30 Вт. • Ауа өнімділігі: кемінде 100-150 м³/сағ. • Ауаны айналдыруға арналған кіріктірілген желдеткіштің болуы. • Шамдардың жұмыс ресурсын есептегіштің болуы. • Жұмыс индикаторының болуы. • Шу деңгейі: 40 дБ-ден аспайды. • Корпус материалы: металл немесе соққыға төзімді пластик. • Қабырғаға немесе еденге орнату мүмкіндігі. • Қуат көзі: 220 В, 50 Гц. Жиынтықтылығы: бактерицидтік рециркулятор; бактерицидтік шамдар; қуат кабелі; орнатуға арналған бекіткіштер (қажет болған жағдайда); пайдалану жөніндегі нұсқаулық; өндіруші қаптамасы. Сапа критерийлері: құрылғы жұмыс істеген кезде ауаны тиімді зарарсыздандыру. Желдету жүйесі мен шамдардың тұрақты жұмысы. Корпус пен ішкі элементтердің сенімділігі. Конструкция ақаулары мен зақымданулардың болмауы. Пайдалану қауіпсіздігі (жабық конструкция тікелей УК-сәулеленуді болдырмайды). Жұмыс индикаторлары мен шам ресурсын бақылау жүйесінің болуы. Қызмет ету мерзімі: өндірушінің сипаттамаларына сәйкес. Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Төретай к-сі, 30А. Жеткізу шарттары: тауарды жеткізу DDP шарттарымен жүзеге асырылады.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17472774-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для нужд ветеринарной службы
Номер лота:	№ 82723724-3ЦП1
Наименование лота:	Рециркулятор
Описание лота:	ультрафиолетовый, бактерицидный
Дополнительное описание лота:	УФ рециркулятор воздуха
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район Торетай 30А
Срок поставки:	со дня заключения договора 15 календарных дней. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 (шестьдесят) календарных дней, но не более срока действия договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый (обеззараживатель воздуха) закрытого типа Предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях путем рециркуляции воздуха через камеру с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Используется в медицинских, ветеринарных, лабораторных и административных помещениях. Характеристика оборудования: • Тип устройства: рециркулятор воздуха закрытого типа. • Принцип работы: обеззараживание воздуха ультрафиолетовым излучением внутри корпуса. • Рекомендуемая площадь помещения: 90-120 м². • Тип ламп: бактерицидные ультрафиолетовые лампы (UV-C). • Длина волны излучения: около 254 нм. • Количество ламп: не менее 2 шт. (или согласно модели). • Мощность ламп: не менее 15-30 Вт каждая. • Производительность по воздуху: не менее 100-150 м³/час. • Наличие встроенного вентилятора для циркуляции воздуха. • Наличие счетчика наработки ламп. • Наличие индикатора работы. • Уровень шума: не более 40 дБ. • Материал корпуса: металл или ударопрочный пластик. • Возможность настенного или напольного размещения. • Питание: 220 В, 50 Гц. Комплектация: рециркулятор бактерицидный; бактерицидные лампы; кабель питания; крепеж для установки (при необходимости); инструкция по эксплуатации; упаковка производителя. Критерии качества: Эффективность обеззараживания воздуха при работе устройства. Стабильная работа вентиляционной системы и ламп. Надежность корпуса и внутренних элементов. Отсутствие дефектов конструкции и повреждений. Безопасность эксплуатации (закрытая конструкция исключает прямое УФ-излучение). Наличие индикаторов работы и контроля ресурса ламп. Срок годности: в соответствии с документацией производителя. Место поставки: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Торетай, д. 30А. Условия поставки: Поставка товара осуществляется на условиях DDP.
--	---