

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370570-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинеттердің тауарларын сатып алу (қайталама)
Лоттың нөмірі:	№ 87146617-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Векокөтергіш
Лоттың сипаттауы:	офтальмологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Векоподъемник большой
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы, Ш.Мұртаза, 59
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қабақтың тартқышы 14x13 мм ВП. Көз алмасын қарау кезінде қабақтарды тартуға және оның жұмыс бөлігінің ортасында аздап иілген кең, доғал ілмектен тұратын жоғарғы қабақтың екі есе бұралуына арналған құрал. Өнім хирургиялық медициналық құралдарға қойылатын қолданыстағы ұлттық және/немесе халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келуі, коррозияға төзімді медициналық сапалы тот баспайтын болаттан жасалуы, қайталама стерилизацияға төзімді болуы және медициналық құрылғыны тіркеу куәлігінің болуы тиіс (қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілген жағдайда). ГОСТ ISO 7153-1 «Хирургиялық аспаптар — Материалдар — 1-бөлім: Металдар» — хирургиялық аспаптардың материалдарына қойылатын талаптар.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370570-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для медицинских кабинетов (повторно)
Номер лота:	№ 87146617-3ЦПЗ
Наименование лота:	Векоподъемник
Описание лота:	офтальмологический
Дополнительное описание лота:	Векоподъемник большой
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата, Ш.Муртаза, 59
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Векоподъемник 14x13 мм ВП. Инструмент для отодвигания (оттягивания) век при осмотре глазного яблока и для двойного выворота верхнего века, представляющий собой тупой широкий крючок, слегка выгнутый по середине рабочей части. Изделие должно соответствовать требованиям действующих национальных и (или) международных стандартов, распространяющихся на хирургические медицинские инструменты, быть изготовлено из коррозионностойкой медицинской нержавеющей стали, допускать многократную стерилизацию и иметь регистрационное удостоверение медицинского изделия (при необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан). ГОСТ ISO 7153-1 «Инструменты хирургические. Материалы. Часть 1. Металлы» — требования к материалам хирургических инструментов.