Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18013970-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар сатып алу, техникалық сипаттамасына назар аударыңыз
Лоттың нөмірі:	№ 86148613-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	жарақатты біріншілік хирургиялық өңдеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Инструмент хирургический оттесняющий, для механического разведения и фиксированного удержания челюстных структур в раскрытом положении, штыковидной пространственной конфигурации, с кремальерным блокировочным механизмом, номинальной общей длиной 190 мм
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Бұл – тік пішінді, тұтқалы-топсалы құрылымға, тісті бекіткіш механизмге (кремальера) және берік, сопақша-эллипсоидты жұмыс ұштарына ие, хирургиялық ұстауға және манипуляция жасауға арналған қосалқы құрал; оның номиналды жалпы ұзындығы – 260 мм. ### Функционалдық мақсаты Құрал стерильді хирургиялық аспаптарды, таңу материалдарын және басқа да медициналық заттарды жарақаттамай ұстауға, бекітіп тұруға, жылжытуға және бақылаумен орын ауыстыруға арналған. Ол асептика талаптарын сақтай отырып, медициналық мекемелердің операциялық, таңу, процедуралық кабинеттерінде және басқа да мамандандырылған бөлімшелерінде қолдануға арналған. ### Құрылымы және функционалдық сипаттамасы Бұл құрал – тұтқалы-топсалы жүйеге негізделген, көп рет қолдануға болатын механикалық ұстағыш жүйе. Ол топса арқылы біріктірілген екі металл тармақтан тұрады және бірнеше деңгейде бекітуге мүмкіндік беретін тісті құлыптау механизмімен (кремальера) жабдықталған. Жұмыс ұштары берік, сопақша-эллипсоидты, зәйтүн пішінді болып келеді; мұндай құрылым ұсталатын затпен жанасу ауданын ұлғайтып, түсірілетін қысымның біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Жұмыс ұштарының ішкі беттерінде ұсақ көлденең тістер (ойықтар) және бойлық бағыттаушы науа бар. Бұл элементтер ұсталған материалдың орнықтылығын арттырып, манипуляция кезінде оның кездейсоқ жылжып кетуіне немесе сырғып түсіп қалуына жол бермейді. Тісті бекіткіш механизм (кремальера) жұмыс ұштарының жабылу дәрежесін біртіндеп реттеуге және оларды белгілі бір қалыпта бекітіп қоюға мүмкіндік береді. Бұл оператордан үздіксіз күш салуды талап етпестен, тұрақты механикалық ұстауды қамтамасыз етеді. ### Негізгі техникалық сипаттамалары 1. Бұйым түрі: Көп рет қолданылатын қосалқы хирургиялық құрал. 2. Функционалдық мақсаты: Ұстау, бекітіп тұру және манипуляция жасау. 3. Құрылымдық ерекшелігі: Екі тармақты тұтқалы-топсалы жүйе. 4. Пішіні: Тік. 5. Номиналды жалпы ұзындығы: 260 мм. 6. Жұмыс ұштары: Тұтас, сопақша-эллипсоидты, зәйтүн пішінді. 7. Жұмыс беттерінің профилі: Ұсақ тістері (ойықтары) және қосымша бойлық науасы бар. 8. Бекіту механизмі: Сатылы тісті құлып (кремальера). 9. Материал: Медициналық сапалы, коррозияға төзімді тот баспайтын болат. 10. Беткі қабаты: Тегіс және біркелкі, тазалау, дезинфекциялау және зарарсыздандырудың қайталанатын циклдарына төтеп беруге арналған. 11. Жұмыс режимі: Өндірушінің көрсетілген өңдеу хаттамалары сақталған жағдайда қайта пайдалануға болады.

	### Сапа және пайдалану сенімділігі талаптары Дизайн жұмыс рычагтарының тұрақты геометриялық тураласуын, топсаның тегіс кинематикасын және храповикті бекіту механизмінің сенімді қосылуын қамтамасыз етуі керек. Ол қабылданбайтын деформациядан таза болуы және қайталап пайдалану кезінде функционалдық сипаттамаларын сақтауы керек. Құрал өндіруші белгілеген тазалау, дезинфекциялау және зарарсыздандыру процедураларына төзімді болуы және механикалық зақымданулардан, коррозия белгілерінен, қылшықтардан немесе кез келген басқа өндірістік ақаулардан таза болуы керек. ### Нормативтік құжаттамаға қойылатын талаптар Жеткізуші медициналық құрылғыға Қазақстан Республикасы ішінде айналымға рұқсатын растайтын жарамды тіркеу куәлігін (RC), сондай-ақ сәйкестік сертификатын (міндетті сәйкестікті бағалау қажет болған жағдайда) ұсынуы керек."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18013970-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских изделий, обратите внимание на техническую спецификацию
Номер лота:	№ 86148613-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор инструментов
Описание лота:	для первичной хирургической обработки раны
Дополнительное описание лота:	Инструмент хирургический оттесняющий, для механического разведения и фиксированного удержания челюстных структур в раскрытом положении, штыковидной пространственной конфигурации, с кремальерным блокировочным механизмом, номинальной общей длиной 190 мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Инструмент хирургический вспомогательный захватно-манипуляционный, прямолинейной конфигурации, рычажно-шарнирного типа, с фиксирующим храповым механизмом (кремальерой), массивными овально-эллипсоидными рабочими окончаниями, номинальной общей длиной 260 мм.** ### Функциональное назначение Изделие предназначено для осуществления атравматизированного захвата, удержания, перемещения и позиционированной передачи стерильных хирургических инструментов, перевязочных и иных медицинских материалов в условиях операционного блока, перевязочных кабинетов, процедурных помещений и иных специализированных подразделений медицинских организаций с соблюдением требований асептического режима. ### Конструктивно-функциональное описание Инструмент представляет собой многоразовую механическую захватную систему рычажно-шарнирной архитектуры, состоящую из двух взаимосвязанных металлических рабочих ветвей, объединённых посредством шарнирного соединительного узла и оснащённых фиксирующим храповым механизмом ступенчатой блокировки (кремальерой). Рабочие терминальные элементы выполнены в виде массивных овально-эллипсоидных захватных окончаний оливовидной конфигурации, обеспечивающих увеличение площади контактного взаимодействия с удерживаемым объектом и равномерное распределение прижимного усилия. Внутренние контактные поверхности рабочих окончаний оснащены системой мелкопрофильных поперечных насечек и продольной направляющей канавкой, формирующих дополнительную механическую стабилизацию захватываемого материала, препятствующую его непроизвольному смещению и выскальзыванию в процессе манипуляционных действий. Фиксирующий механизм кремальерного типа обеспечивает ступенчатую регулировку степени смыкания рабочих элементов, сохранение заданного положения захватных окончаний и поддержание стабильного механического контакта без необходимости непрерывного приложения усилия со стороны оператора. ### Основные технические характеристики 1. Тип изделия — многоразовый хирургический вспомогательный инструмент. 2. Функциональное назначение — захватно-удерживающие и манипуляционные операции. 3. Конструктивная архитектура — двухветвевая рычажно-шарнирная система. 4. Пространственная конфигурация — прямая. 5. Номинальная общая длина — 260 мм. 6. Рабочие окончания — массивные овально-эллипсоидные, оливовидной конфигурации. 7. Контактный профиль рабочих поверхностей — мелкопрофильные насечки с

	дополнительной продольной канавкой. 8. Фиксирующий механизм — ступенчатая храповая блокировка кремальерного типа. 9. Материал изготовления — медицинская коррозионностойкая нержавеющая сталь. 10. Поверхностная обработка — гладкая, однородная, с обеспечением устойчивости к многократным циклам санитарной обработки и стерилизации. 11. Эксплуатационный режим — многократное применение при соблюдении регламентированных производителем режимов обработки. ### Требования к качеству и эксплуатационной надёжности Конструкция должна обеспечивать стабильность геометрического сопряжения рабочих ветвей, плавность шарнирной кинематики, надёжность фиксации кремальерного механизма, отсутствие недопустимых деформаций и сохранение функциональных характеристик при многократных циклах эксплуатации. Изделие должно быть устойчивым к предусмотренным производителем процедурам очистки, дезинфекции и стерилизации, не иметь механических повреждений, коррозионных дефектов, заусенцев и иных производственных недостатков. ### Требования к разрешительной документации Поставщик обязан предоставить действующее регистрационное удостоверение (РУ) на медицинское изделие, подтверждающее право его обращения на территории Республики Казахстан, а также сертификат соответствия (при необходимости обязательного подтверждения соответствия)."