

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856041-1
Сатып алудың атауы:	Мед. бөлімшеге тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88344252-ОИ2
Лоттың атауы:	Крафт-қағаз
Лоттың сипаттауы:	қапты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қолөнер пакеті кәдімгі Dezupak 60*100мм, 100 дана
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391610000, Қостанай облысы, Арқалық қ. Арқалық қ., Әуежай
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күнен 16 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қолөнер пакеті кәдімгі Dezupak 60*100мм, 100 дана Dezupak Крафт пакеттері стерильділікті сақтау мерзімі 30 күн болатын медициналық құралдарды ауа және бу әдістерімен зарарсыздандыруға арналған. Ылғалға төзімді қалың қағаздан жасалған. Пакеттің сыртында зарарсыздандыру термоиндикаторы орналасқан. Пакет өздігінен жабысатын жолақпен герметикалық түрде жабылады. Қағаздың тығыздығы-70г / м. кв.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856041-1
Наименование закупки:	Товары на мед.пункт
Номер лота:	№ 88344252-ОИ2
Наименование лота:	Крафт-бумага
Описание лота:	мешочная
Дополнительное описание лота:	Крафт-пакет обычный Dezupak 60*100мм, 100шт Крафт-пакеты Dezupak предназначены для стерилизации медицинских инструментов воздушным и паровым методами со сроком сохранения стерильности 30 суток. Изготовлены из плотной влагостойкой бумаги. На внешней стороне пакета размещен термоиндикатор стерилизации. Пакет герметично закрывается с помощью самоклеящейся полосы. Плотность бумаги - 70г/м. кв.
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391610000, Костанайская область, г.Аркалык г. Аркалык., Аэропорт
Срок поставки:	16 календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Крафт-пакет обычный Dezupak 60*100мм, 100шт Крафт-пакеты Dezupak предназначены для стерилизации медицинских инструментов воздушным и паровым методами со сроком сохранения стерильности 30 суток. Изготовлены из плотной влагостойкой бумаги. На внешней стороне пакета размещен термоиндикатор стерилизации. Пакет герметично закрывается с помощью самоклеящейся полосы. Плотность бумаги - 70г/м. кв.