Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17837119-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84017030-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Дәке
Лоттың сипаттауы:	зарарсыздандырылған, дәкелік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стерильді таңғыш 5*10 см , техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Строительная Көшесі 23
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	5 м х 10 см стерильді медициналық дәке таңғыш - жоғары сапалы медициналық дәкеден жасалған, тігістері мен құлаған жиектері жоқ, жоғары сіңіргіштігі бар. Бұйымның Қазақстан Республикасының ДЗ және МИ мемлекеттік тізілімінде қолданыстағы тіркеуі болуы, МЕМСТ 1172-93 (медициналық дәке таңғыштар) талаптарына сәйкес келуі, қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы бар жеке герметикалық қаптамада жеткізілуі тиіс. Жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі-кемінде 70

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17837119-1
Наименование закупки:	Приобретение медикаментов и средств медицинского назначения, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 84017030-ЗЦП2
Наименование лота:	Бинт
Описание лота:	стерильный, марлевый
Дополнительное описание лота:	Бинт стерильный 5*10 см , согласно технической спецификации
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Строительная 23
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бинт медицинский марлевый стерильный 5 м х 10 см — изготовлен из медицинской марли высокого качества, без швов и осыпающихся краев, обладает высокой впитывающей способностью. Изделие должно иметь действующую регистрацию в Государственном реестре ЛС и МИ Республики Казахстан, соответствовать требованиям ГОСТ 1172-93 (Бинты марлевые медицинские), поставляться в индивидуальной герметичной упаковке с маркировкой на казахском и русском языках. Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 70