



«БЕКІТЕМІН»

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық
сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Жамбыл облысы бойынша
филиалының директорының м.а.

А.Сражиев

2026 жыл.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Фотоэлектрлік фотометр КФК-2, сериялық нөмірі 2070625, шығарылған жылы: 2021.

* Талаптар:

1. Әлеуетті жеткізуші қызмет көрсетуі керек:

Фотоэлектрлік колориметр қосылған кезде дисплей жұмыс істемейді және ешқандай көрсеткіш болмайды (экран жанбайды және өлшенген деформация көрсетілмейді). Дисплейді жөндеу және ауыстыру қажет.

2. Қызмет көрсетудің нәтижесі спектрофотометрдің жұмыс қабілеттілігін одан әрі ондағы жұмысқа жарамдылығымен толық қалпына келтіру болып табылады;

3. Қызмет дайындаушы зауыттың техникалық базасында көрсетілуі тиіс;

4. Жабдықты жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді жабдықты өндіруші компания шығаруы және түпнұсқа тауар болуы керек;

5. Өнім беруші осы жұмыстарды ұйымдастыруға өзінің өкілеттігін растайтын құжатты - сервистік қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді ұйымдастыруға құқықтарын растай отырып, ресми өкілдің куәлігін немесе дайындаушы зауыттың ресми хатын ұсынуы тиіс.

• Орындалатын жұмыстардың тізбесі: 1. Фотоэлектроколориметрдің дисплейін және қажетті қосалқы бөлшектерін ауыстырып іске қосу.

* Шарттар: құнға қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар, оның ішінде жөндеу, жинақтауыштарды ауыстыру және жабдықты тапсырыс берушіден жұмыстарды орындау орнына дейін және кері жеткізу бойынша шығыстар кіреді.

Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі пайдалану басталған сәттен бастап кемінде бір жыл болуы тиіс;

Жеткізуші жабдықты сақтау, тасымалдау және қайтару кезінде оларды сақтау шарттарын қамтамасыз етуі керек.

Қосымша:

1) Өнім берушіден орындалған жұмыстар актісі.

2) Бітіру хаттамасы

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 45 күнтізбелік күн ішінде.

Метрология және техникалық
қызмет көрсету бөлімінің бастығы

Мылтыкбаева А.П.



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о директор

Филиала РГП на ПХВ «НЦЭ»

КСЭЖ МЗ РК Жамбылской области

А.Сражиев

2026 год.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Фотометрфотозлектрический КФК-2, заводской № 2070625, год выпуска: 2021 год.

• Требования:

1. Потенциальный поставщик должен оказать услугу:

При включении прибора фотозлектроколориметра дисплей не функционирует, отсутствует индикация (экран не загорается, измерительное деформация не выводятся). Требуется ремонт и замена дисплея.

2. Результатом оказания услуг является полное восстановление работоспособности спектрофотометра с дальнейшей пригодностью работе на нем;

3. Услуга должна быть оказана на технической базе завода изготовителя;

4. Запасные части для ремонта оборудования должны быть произведены фирмой-изготовителем оборудования и являться оригинальным товаром;

5. Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия на организацию данных работ - Свидетельство официального представителя или официальное письмо от завода-изготовителя, с подтверждением прав на организацию услуг по сервисному обслуживанию.

• Перечень выполняемых работ: 1. Замена дисплея и необходимых запасных частей фотозлектроколориметра и ввод его в эксплуатацию.

• Условия: В стоимость входят все расходы, связанные с оказанием услуги, в том числе по ремонту, замены комплектующих и доставке оборудования от Заказчика до места выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок поставляемого товара должен составлять не менее года с момента начала эксплуатации;

Поставщик должен обеспечить условия сохранности оборудования при их хранении, транспортировке, и возврате.

Дополнительно:

1) Акт выполненных работ от поставщика.

2) Протокол градуировки

Срок оказания услуг: по заявке Заказчика в течение 45 календарных дней.

Начальник отдела метрологии и
технического обслуживания

Мылтыкбаева А.П.