Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000990-1
Сатып алудың атауы:	Ортездік материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84261921-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жартылай фабрикат
Лоттың сипаттауы:	аппараттарға және аяқ-қолдардың туторларына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пластозот 10мм 1000*1500
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Желтоқсан к-сі, 65
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Парақты көбіктендірілген полиэтилен жеке ортездік-ортопедиялық бұйымдардың жұмсақ төсемдерін, амортизациялық, қорғаныш және жанасу элементтерін дайындауға арналған. Материал жеңіл, серпімді, қысылғаннан кейін бастапқы пішінін қалпына келтіретін болуы, қысымның біркелкі таралуын және пациент денесінің тіндеріне жергілікті жүктеменің төмендеуін қамтамасыз етуі тиіс. Материалдың біркелкі ұсақ ұяшықты құрылымы болуы, тозуға, жыртылуға, көп рет қысылуға және ылғалға төзімді болуы, механикалық өңдеу, пішу және тегістеу кезінде үгітілмеуі және қабаттанбауы тиіс. Тығыздығы - 40-50 кг/м³, қаттылығы - Shore 00 шкаласы бойынша 55-70 бірлік, 25% деформация кезіндегі қысу кернеуі - 70-110 кПа, созылу кезіндегі беріктігі - кемінде 400 кПа, үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзаруы - кемінде 130%, су сіңіруі - 1,5%-дан аспайды. Парақтың қалыңдығы - 10 мм, ені - 1000 мм, ұзындығы - 1500 мм. Беті тегіс, жарықсыз, жыртылусыз, қуыссыз және бөгде қоспаларсыз болуы тиіс.Парақты көбіктендірілген полиэтилен жеке ортездік-ортопедиялық бұйымдардың жұмсақ төсемдерін, амортизациялық, қорғаныш және жанасу элементтерін дайындауға арналған. Материал жеңіл, серпімді, қысылғаннан кейін бастапқы пішінін қалпына келтіретін болуы, қысымның біркелкі таралуын және пациент денесінің тіндеріне жергілікті жүктеменің төмендеуін қамтамасыз етуі тиіс. Материалдың біркелкі ұсақ ұяшықты құрылымы болуы, тозуға, жыртылуға, көп рет қысылуға және ылғалға төзімді болуы, механикалық өңдеу, пішу және тегістеу кезінде үгітілмеуі және қабаттанбауы тиіс. Тығыздығы - 40-50 кг/м³, қаттылығы - Shore 00 шкаласы бойынша 55-70 бірлік, 25% деформация кезіндегі қысу кернеуі - 70-110 кПа, созылу кезіндегі беріктігі - кемінде 400 кПа, үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзаруы - кемінде 130%, су сіңіруі - 1,5%-дан аспайды. Парақтың қалыңдығы - 10 мм, ені - 1000 мм, ұзындығы - 1500 мм. Беті тегіс, жарықсыз, жыртылусыз, қуыссыз және бөгде қоспаларсыз болуы тиіс.Парақты көбіктендірілген полиэтилен жеке ортездік-ортопедиялық бұйымдардың жұмсақ төсемдерін, амортизациялық, қорғаныш және жанасу элементтерін дайындауға арналған. Материал жеңіл, серпімді, қысылғаннан кейін бастапқы пішінін қалпына келтіретін болуы, қысымның біркелкі таралуын және пациент денесінің тіндеріне жергілікті жүктеменің төмендеуін қамтамасыз етуі тиіс. Материалдың біркелкі ұсақ ұяшықты құрылымы болуы, тозуға, жыртылуға, көп рет қысылуға және ылғалға төзімді болуы, механикалық өңдеу, пішу және тегістеу кезінде үгітілмеуі және қабаттанбауы тиіс. Тығыздығы - 40-50 кг/м³, қаттылығы - Shore 00 шкаласы бойынша 55-70 бірлік, 25% деформация кезіндегі қысу кернеуі - 70-110 кПа, созылу кезіндегі беріктігі - кемінде 400 кПа, үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзаруы - кемінде 130%, су сіңіруі - 1,5%-дан аспайды. Парақтың қалыңдығы - 10 мм, ені - 1000 мм, ұзындығы - 1500 мм. Беті тегіс, жарықсыз, жыртылусыз, қуыссыз және бөгде қоспаларсыз болуы тиіс.Парақты көбіктендірілген полиэтилен жеке ортездік-ортопедиялық бұйымдардың жұмсақ төсемдерін, амортизациялық, қорғаныш және жанасу элементтерін дайындауға арналған. Материал жеңіл, серпімді, қысылғаннан кейін бастапқы пішінін қалпына келтіретін болуы, қысымның біркелкі таралуын және пациент денесінің тіндеріне жергілікті жүктеменің төмендеуін қамтамасыз етуі тиіс. Материалдың біркелкі ұсақ ұяшықты құрылымы болуы, тозуға, жыртылуға, көп рет қысылуға және ылғалға төзімді болуы, механикалық өңдеу, пішу және тегістеу кезінде үгітілмеуі және қабаттанбауы тиіс. Тығыздығы - 40-50 кг/м³, қаттылығы - Shore 00 шкаласы бойынша 55-70 бірлік, 25% деформация кезіндегі қысу кернеуі - 70-110 кПа, созылу кезіндегі беріктігі - кемінде 400 кПа, үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзаруы - кемінде 130%, су сіңіруі - 1,5%-дан аспайды. Парақтың қалыңдығы - 10 мм, ені - 1000 мм, ұзындығы - 1500 мм. Беті тегіс, жарықсыз, жыртылусыз, қуыссыз және бөгде қоспаларсыз болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000990-1
Наименование закупки:	Приобретение ортезных материалов
Номер лота:	№ 84261921-ЗЦП1
Наименование лота:	Полуфабрикат
Описание лота:	для аппаратов и туторов конечностей
Дополнительное описание лота:	Пластозот 10мм 1000*1500
Количество:	10
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Желтоксан, 65
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Листовой вспененный полиэтилен предназначен для изготовления мягких прокладок, амортизирующих, защитных и контактных элементов индивидуальных ортезно-ортопедических изделий. Материал должен обладать малым весом, эластичностью, упругостью, способностью восстанавливать первоначальную форму после сжатия, обеспечивать равномерное распределение давления и снижение локальной нагрузки на ткани тела пациента. Материал должен иметь однородную мелкоячеистую структуру, быть устойчивым к истиранию, разрыву, многократному сжатию и воздействию влаги, не крошиться и не расслаиваться при механической обработке, раскрое и шлифовании. Плотность - 40-50 кг/м³, твёрдость - 55-70 единиц по шкале Shore 00, напряжение сжатия при деформации 25% - 70-110 кПа, прочность при растяжении - не менее 400 кПа, относительное удлинение при разрыве - не менее 130%, водопоглощение - не более 1,5%. Толщина листа - 10 мм, ширина - 1000 мм, длина - 1500 мм. Поверхность должна быть ровной, без трещин, разрывов, пустот и посторонних включений.