Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Онкологиялық орталығы бар қалалық көпбейінді аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17991325-1
Конкурстың атауы:	Медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (ОО)
Лоттың нөмірі:	№ 88737373-ОК1
Лоттың атауы	Медициналық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331312.200.000001
Қызметтің атауы:	Медициналық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	3600000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	3600000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	Шарт жасалған күннен бастап ағымдағы жылдың соңына дейін

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету Орындалатын жұмыстардың атауы №1-қосымшаға сәйкес жылдық техникалық қызмет көрсету Тауарларды жеткізу /жұмыстарды орындау шарттары/қызметтер көрсету Сервистік қызмет көрсету Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 «Медициналық техниканы Қазақстан Республикасында сервистік қызмет көрсету ережелерін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Жоспарлы профилактикалық жұмыстар: Келісім шарт мерзімі ішінде жоспарлы профилактикалық қызмет көрсету (қызмет көрсетуші персоналдың объектіге келуі) айына 4 рет жүргізіледі. Жоспардан тыс шығулар: Құрылғының ақауы анықталған жағдайда мамандардың жоспардан тыс шығуларының саны шектеусіз, Тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша жүзеге асырылады. Тәулік бойы қолдау қызметі: Өнім беруші тәулік бойы (24/7) сервистік қолдауды қамтамасыз етеді және демалыс пен мереке күндерін қоса алғанда телефон (ұялы байланыс) арқылы байланысқа шығуды қамтамасыз етеді. Маманның объектіде болуы: Тапсырыс беруші объектісінде аптаның жұмыс күндері сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін бір инженердің болуы қажет, түскі үзіліс сағат 12:00-ден 13:00-ге дейін. Медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету сапасын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру талаптары Медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсету өндірушінің (құрастырушының) қолданыстағы техникалық және пайдалану құжаттамасына толық сәйкестікпен жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету барысында тек өндірушінің (құрастырушының) қолданыстағы техникалық және пайдалану құжаттамасында көрсетілген жаңа қосалқы бөлшектер мен расходтық материалдарды қолдануға рұқсат етіледі. Қосалқы бөлшектерді баламамен ауыстыру тек өндірушіден техникалық, функционалдық сипаттамалардың сақталуын және медициналық жабдықты пайдалану қауіпсіздігін толық қамтамасыз ететін құжаттық растама болған жағдайда ғана мүмкін болады. Техникалық қызмет көрсету арнайы құралдар, аспаптар және гаджеттерді қолдана отырып жүргізілуі тиіс, оларды өндіруші ұсынған немесе талап еткен, бұл жұмыстардың дұрыстығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. Өнім беруші шарттың жалпы құнының 30%-ы мөлшерінде шығыс материалдарын жеткізуге міндеттенеді.Тапсырыс берушінің есебінен жүзеге асырылады. Медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыруға және жүргізу тәртібіне қойылатын талаптар: Медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсету қызметтері Медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсету қызметтері Өнім беруші тарапынан жеке жүзеге асырылуы тиіс. Үшінші тұлғаларды (субмердігерлерді) тартуға тек Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімі болған жағдайда рұқсат етіледі. Кепілдікті мерзімдер Қызметтерді қабылдау- Қабылдау актісіне Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап үш ай мерзімге. Орындалатын жұмыстардың түрлері және оларды қолдануға қойылатын талаптар мен материалдарға Медициналық техниканы

	техникалық қызмет көрсетуге кіретін жұмыстар: • Жоспарлы техникалық жағдайды бақылау — жабдықтың бекітілген техникалық нормалар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тұрақты түрде тексеру. • Жоспарлы техникалық қызмет көрсету — өндірушінің пайдалану құжаттамасына сәйкес регламенттелген жұмыстарды орындау. • Ағымдағы жөндеу — анықталған ақауларды жою және жабдықтың жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру. • Сервистік қызметке кіретін профилактикалық жұмыстар — мүмкін болатын ақаулардың алдын алу және жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзарту бойынша шаралар. • Медициналық және техникалық персоналды оқыту — медициналық жабдықты пайдалану ережелерін және техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтауды үйрету. Техникалық жағдайды жоспарлы бақылау Жабдық бөліктері мен механизмдерінің күйін бақылау: • Тозуға және ескіруге ұшырайтын барлық бөліктер, механизмдер мен түйіндердің мұқият тексерілуі; қажет болған жағдайда өнімді ішінара бөлшектеу жүргізіледі. Біртұтастық пен қосылымдарды тексеру: • Кабельдер, қосымша өткізгіштер, қосалқы құрылғылар мен магистральдардың бүтіндігін бақылау. Басқару және сигнал беру құралдарын бақылау: • Басқару құралдарының, индикаторлардың және сигнализацияның бүтіндігін, дұрыс бекітілуін, ойнамауын, қорғау құрылғылары мен блокировкалардың дұрыс жұмысын тексеру. Бөлшектер мен механизмдердің күйін бақылау: • Тозуға ұшырайтын элементтердің жағдайын бағалау. Түйіндер мен құрылғылардың жұмысын тексеру: • Негізгі және қосалқы түйіндердің, өлшеуіш, тіркеу және қорғау құрылғыларының жұмысын бақылау. Техникалық сипаттамаларды аспаптық бақылау: • Арнайы аспаптар мен құралдарды қолдана отырып жабдықтың негізгі параметрлерін өлшеу және тексеру. Электр қауіпсіздігіне сәйкестікті тексеру: • Өнімдерді электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін бақылау. Белгілі бір жабдыққа тән операциялар: • Пайдалану құжаттамасында көрсетілген және нақты медициналық жабдыққа тән басқа да операцияларды орындау. Жүйе түйіндері мен блоктарын диагностикалау: • Жабдықтың жеке түйіндері мен блоктарының мүмкін ақауларын анықтау. Бөлшектеу және тазалау: • Жабдықтың жұмыс күйін сақтау үшін түйіндер мен блоктарды бөлшектеу, ластанудан және шаңнан тазалау. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету. Медициналық техниканы техникалық қызмет көрсету түрлері, көлемі және жиілігі Жұмыстарды анықтау және тәртібі: Медициналық техника мен құралдарды техникалық қызмет көрсету түрлері, көлемі және технологиялық тәртібі пайдалану құжаттамасының талаптарына және өнімнің техникалық жағдайын бақылау нәтижелеріне сәйкес анықталады. Қызмет көрсету жиілігі: Медициналық техниканы техникалық қызмет көрсету жиілігі күнтізбелік мерзімдер бойынша пайдалану құжаттамасында белгіленеді. Жабдықты пайдалану шарттары мен қызмет ету мерзіміне байланысты жұмыстардың жиілігі мен көлемі Өнім беруші тарапынан Тапсырыс берушімен келісу негізінде өзгертілуі мүмкін. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету: Жоспарлы қызмет көрсету жабдықтың ағымдағы техникалық жағдайын бақылау нәтижелеріне сүйене отырып қажетті көлемде

	жүргізіледі және келесі жұмыстарды қамтиды: • Өнімнің және оның құрамдас бөліктерінің ішкі беттерінен шаң, кір, коррозия және оксид қалдықтарын жою (бөлшектерді ішінара блоктық-түйіндік бөлшектеумен); • Негізгі механизмдер мен түйіндерді тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта жинау; • Босаған бекіткіш элементтерді тарту; • Құжаттамада көрсетілген расходтық материалдармен, арнайы сұйықтықтармен және басқа да құралдармен қамтамасыз ету; • Құрылғы құрамдас бөліктерінің істеген қызмет мерзімі аяқталған бөліктерін ауыстыру (электромашина щеткалары, фильтрлер және т.б.); • Пайдалану құжаттамасында көрсетілген өнімге тән арнайы жұмыстарды орындау; • Өнімді баптау және реттеу; • Жарамсыз болған медициналық техниканы тізімнен шығару үшін ақаулы актіні құрастыру. Ағымдағы жөндеу Медициналық жабдыққа ағымдағы жөндеуді жүргізу Жөндеуді жүргізу туралы шешім қабылдау: Ағымдағы жөндеудің қажетілігі туралы шешімді медициналық техниканы техникалық қызмет көрсету қызметі жабдық иесі (пайдаланушы) мен бірге қабылдайды, шешім өнімнің техникалық жағдайын бақылау нәтижелеріне негізделеді. Жөндеуді жүргізу орны: Ағымдағы жөндеу өнімнің пайдалану орнында немесе техникалық қызмет көрсету қызметінің өндірістік алаңдарында жүргізілуі мүмкін. Бұл жөндеудің күрделілігіне, көлеміне және жабдықты тасымалдау мүмкіндіктеріне байланысты. Жөндеуден кейінгі сынақтар: Ағымдағы жөндеуден кейін медициналық жабдық, пайдалану құжаттамасында көзделген жағдайларда, жөнделген өнімнің эксплуатациялық және техникалық сипаттамаларының құжатта көрсетілген мәндерге сәйкес келетінін растау үшін қажетті көлемде жөндеуден кейінгі сынақтарға жіберіледі. Жөнделген түйіндерге кепілдіктер: Өнім беруші өнімнің жөнделген түйіндеріне пайдаланушы пайдалану құжаттамасының талаптарын сақтаған жағдайда, келесі эксплуатациялық мерзімге кепілдік береді. Медициналық мақсаттағы өлшеу құралдарына қойылатын ерекше талаптар: Ағымдағы жөндеу метрологиялық сипаттамаларға әсер етуі мүмкін болған жағдайда, медициналық мақсаттағы өлшеу құралдары Өнім беруші тарапынан жөндеуден кейінгі калибрлеуден өткізіледі. Медициналық техниканы техникалық қызмет көрсетуден алу Медициналық техника өнімін техникалық қызмет көрсетуден шығару және техникалық қызмет көрсету келісімшартынан алып тастау Медициналық техника өнімін техникалық қызмет көрсетуден шығару және техникалық қызмет көрсету келісімшартынан алып тастау келесі жағдайларда мүмкін: • Тапсырыс берушінің шешімі бойынша — Тапсырыс берушінің ресми бұйрығы немесе хаты негізінде. • Тараптардың келісімі бойынша — медициналық техника өнімінің шекті жағдайға жеткені техникалық жағдайды бақылау актісі мен ақаулар ведомосты арқылы расталған жағдайда, Өнім беруші мен Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен. • Өнім берушінің құқығы — техникалық қызмет көрсету құқығын, пайдаланушы пайдалану құжаттамасының, нормативтік актілер мен техникалық қауіпсіздік ережелерін бұзу арқылы пайдаланатын медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуден бас тарту құқығы бар. Өнім берушінің

	медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсету журналын толтыруына қойылатын талаптар Атқарылған жұмыстардың көлемі мен сапасын растайтын құжаттар: • Техникалық қызмет көрсету журналы; • Атқарылған жұмыстар актісі. Атқарылған жұмыстарды тіркеу: Жұмыстарды орындағаннан кейін Өнім беруші атқарылған жұмыстар актісін жасайды, онда жұмыстың түрі, тізімі және көлемі нақты көрсетіледі. Сонымен қатар, техникалық қызмет көрсету журналында жүргізілген жұмыстар мен медициналық жабдықты әрі қарай пайдалану рұқсаты туралы жазба жасалады. Жабдықты тізімнен шығару кезінде қатысу: Егер пайдаланылып отырған медициналық техника жарамсыз күйге келсе (ресурс толық таусылған немесе басқа себептер бойынша), Өнім беруші тізімнен шығару актілерін дайындауға қатысады. Техникалық кеңестер: Өнім беруші Тапсырыс беруші персоналына жабдықты пайдалану ережелері бойынша қажетті техникалық кеңестер беруге міндетті. Қауіпсіздікке жауапкершілік: Өнім беруші медициналық техниканы техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау кезінде өзінің персоналының еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауына жауапты болады.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская многопрофильная больница с онкологическим центром" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17991325-1
Наименование конкурса:	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (ОЦ)
Номер лота:	№ 88737373-ОК1
Наименование лота:	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331312.200.000001
Наименование услуги:	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	3600000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	3600000
Срок оказания услуги:	С момента заключение договора до конца года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ техническое обслуживание медицинского оборудования Наименование выполняемых работ Годовое техническое обслуживание согласно Приложению №1 Условия поставки товаров /выполнения работ/оказания услуг Сервисное обслуживание должно проводиться в соответствии с требованиями приказа МЗСР от 15.12.2020г. № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан». Плановые профилактические работы: Количество плановых профилактических обслуживаний (визитов обслуживающего персонала) составляет 4 раза в месяц на протяжении всего срока действия договора. Внеплановые выезды: При выявлении неисправностей оборудования количество внеплановых выездов специалистов является неограниченным и осуществляется по заявке Заказчика. Круглосуточная поддержка: Поставщик обеспечивает 24/7 сервисную поддержку и круглосуточный доступ к телефонной (мобильной) связи, включая выходные и праздничные дни. Присутствие специалиста на объекте: На объекте Заказчика обеспечивается присутствие одного инженера в будние дни с 08:00 до 17:00 часов, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 часов. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинского оборудования Проведение технического обслуживания должно осуществляться в строгом соответствии с действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя) медицинского оборудования. При выполнении технического обслуживания допускается использование только новых запасных частей и расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Замена запасных частей на аналогичные допускается только при наличии документального подтверждения от производителя о сохранении требуемых технических, функциональных характеристик и обеспечении полной безопасности эксплуатации медицинского оборудования. Техническое обслуживание должно осуществляться с применением специализированных приборов, инструментов и приспособлений, рекомендованных или требуемых производителем, для обеспечения корректности и безопасности выполняемых работ. Поставщик обязуется осуществить поставку расходных материалов на сумму 30% от общей стоимости договора. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинского оборудования: Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования должны выполняться Поставщиком лично. Привлечение третьих лиц (субподрядчиков) допускается только при наличии предварительного письменного согласия Заказчика. Гарантийные сроки Три месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи- приемки услуг Виды выполняемых работ и требования к применяемым материалам Техническое обслуживание медицинской техники включает следующие виды работ: - Плановый контроль технического состояния — регулярная проверка оборудования на соответствие установленным техническим нормам и требованиям безопасности. - Плановое техническое обслуживание —

	выполнение регламентных работ в соответствии с эксплуатационной документацией производителя. - Текущий ремонт — устранение выявленных неисправностей и восстановление работоспособности оборудования. - Профилактические работы, входящие в сервисное обслуживание — мероприятия по предупреждению возможных неисправностей и продлению срока службы оборудования. - Инструктаж медицинского и технического персонала — обучение правилам эксплуатации медицинского оборудования и соблюдению требований техники безопасности при работе с ним Плановый контроль технического состояния Контроль состояния узлов и деталей: - тщательная проверка всех узлов, деталей и механизмов, подверженных износу и старению; при необходимости сопровождается частичной разборкой изделия. Проверка целостности и соединений: - контроль целостности кабелей, соединительных проводников, комплектующих устройств и магистралей. Контроль органов управления и сигнализации: - проверка органов управления, индикации и сигнализации на целостность, чёткость фиксации, отсутствие люфтов, корректное срабатывание защитных устройств и блокировок. Контроль состояния деталей и механизмов: - оценка состояния элементов, подверженных повышенному износу. Проверка функционирования узлов и устройств: - контроль работы основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств. Инструментальный контроль технических характеристик: - измерение и проверка основных параметров оборудования с использованием специализированных инструментов и приборов. Проверка соответствия электробезопасности: - контроль изделий на соответствие требованиям электробезопасности. Операции, специфические для конкретного оборудования: - выполнение иных операций, указанных в эксплуатационной документации и специфических для данного вида медицинского оборудования. Диагностика узлов и блоков системы: - выявление возможных неисправностей отдельных узлов и блоков оборудования. Разборка и очистка: - разборка, чистка узлов и блоков от загрязнений и пыли для поддержания исправного состояния оборудования. Плановое техническое обслуживание. Виды, объём и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинской техники - Определение работ и последовательности: Виды, объём и технологическая последовательность работ по техническому обслуживанию медицинской техники и приборов определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделия. - Периодичность обслуживания: Периодичность технического обслуживания медицинской техники по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией. В зависимости от условий эксплуатации и сроков службы оборудования, периодичность и объём работ могут быть изменены Поставщиком по согласованию с Заказчиком. - Плановое техническое обслуживание: Плановое обслуживание проводится в необходимых объёмах на основании результатов текущего контроля технического состояния оборудования и включает следующие виды работ: - удаление пыли,

	грязи, следов коррозии и окисления на внутренних поверхностях корпуса изделия и его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - чистка, смазка и при необходимости переборка основных механизмов и узлов; - затяжка ослабленных крепёжных элементов; - заправка расходными материалами, специальными жидкостями и прочими средствами, предусмотренными документацией; - замена отработавших ресурс составных частей (щётки электромашин, фильтры и др.); - выполнение работ, специфических для данного изделия, установленных эксплуатационной документацией; - настройка и регулировка изделия; - составление дефектной ведомости для списания медицинской техники, пришедшей в негодность. Текущий ремонт Проведение текущего ремонта медицинского оборудования. - Принятие решения о ремонте: Решение о необходимости проведения текущего ремонта принимается службой технического обслуживания медицинской техники совместно с владельцем (пользователем) оборудования на основании результатов контроля технического состояния изделия. - Место проведения ремонта: Текущий ремонт может выполняться на месте эксплуатации изделия или на производственных площадках службы технического обслуживания, в зависимости от сложности, объёма работ и возможностей транспортировки оборудования. - Послеремонтные испытания: После выполнения текущего ремонта изделие медицинской техники, в случаях, предусмотренных эксплуатационной документацией, подвергается послеремонтным испытаниям в объёме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик отремонтированного изделия значениям, указанным в эксплуатационной документации. - Гарантии на отремонтированные узлы: Поставщик предоставляет гарантии на отремонтированные узлы изделия на последующий срок эксплуатации при условии соблюдения пользователем требований эксплуатационной документации. - Особые требования для средств измерений медицинского назначения: Изделия, относящиеся к средствам измерений медицинского назначения, в случаях, когда текущий ремонт мог повлиять на метрологические характеристики, подвергаются послеремонтной поверке Поставщиком. Снятие медицинской техники с технического обслуживания Изделие медицинской техники может быть снято с технического обслуживания и исключено из договора на техническое обслуживание в следующих случаях: - По решению Заказчика — на основании официального распоряжения или письма Заказчика. - По согласованию сторон — при достижении изделием медицинской техники предельного состояния, подтверждённого актом контроля технического состояния и ведомостью дефектов, с письменного согласия Поставщика и Заказчика. - Поставщик имеет право отказаться от технического обслуживания медицинского оборудования, эксплуатация которого осуществляется с нарушением требований эксплуатационной документации, нормативных актов и правил техники безопасности. Требования к заполнению Поставщиком журнала технического обслуживания медицинского оборудования Документы, подтверждающие объем и качество

	выполненных работ: • журнал технического обслуживания; • акт выполненных работ. Фиксация выполненных работ: После проведения работ Поставщиком составляется акт выполненных работ с точным указанием вида, перечня и объема выполненных работ. Одновременно делается запись в журнале технического обслуживания о проведенных работах и разрешении дальнейшей эксплуатации медицинского оборудования. Участие в списании оборудования: В случае, если эксплуатируемая медицинская техника приходит в негодность (полностью вырабатывает ресурс или по другим причинам), Поставщик принимает участие в подготовке Актов о списании. Технические консультации: Поставщик обязуется оказывать необходимые технические консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации оборудования. Ответственность за безопасность: Поставщик несет ответственность за соблюдение охраны труда, требований техники безопасности и пожарной безопасности персоналом Поставщика при выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	