

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17761759-1
Тендер атауы:	ПТР-зонд (ЭСБ) сатып алу
Лоттың №:	№ 87924572-3ЦПнеГ32
Лоттың атауы:	Жапсыруға арналған пасталар; тіс дәрігерлік балауызы және тіс дәрігерлік тәжірибеде қолданылатын ғаныштан тұратын материалдар, өзгелер; микроорганизмдерді өсіруге арналған дақылдар ортасы; басқа топтамаларға енгізілмеген диагностикалық немесе зертханалық

V. cholerae қоздырғышының wbfR гені ДНК фрагменттерін детекциялауға арналған ПТР зонды - РВ ПТР үшін 200Е және плазмидтік бақылау (K+) 10µg

Реті:

rfb-O139

(wbfR) m-O139-F- CGATGGCGTGTTTCATTAGAAGG

m-O139-R-TCCCTTTCCACCTCGGTATTTTC

m-O139-P- ROX-CGGCAACTGCAGCAACTCAGCA-BHQ2 Оң бақылау (плазмидті енгізу):

CGATGGCGTGTTTCATTAGAAGGGCGGGTCCCTTTAGCCACCCATTGCTGTGCTGCTGCCAGTTCCCGAT
CCATTGAAAATCACAFAFGGGCCCCCTCCTCCTC2 CGAGGTGGAAGGGA; Кірістіру өлшемі K+: 104
п.н.

Праймерлер мен зондтар лиофилизирленген (құрғақ) түрде 20 ОЕ берілсін. ДНК-матрица (плазмида) 10 мкг/мкл концентрациясында берілсін. Векторлық плазмидті жинаудың дұрыстығын Сенгер бойынша секвенирлеу әдісімен міндетті растау (жеткізу кезінде паспортты ұсына отырып).

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17761759-1
Наименование Тендера:	приобретение ПЦР-зонд (СЭБ)
№ лота:	№ 87924572-3ЦПнеГ32
Наименование лота:	Пасты для лепки; воск зубоврачебный и материалы на гипсовой основе, используемые в зубоврачебной практике, прочие; среды культурные для выращивания микроорганизмов; реагенты диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

ПЦР зонд для детекции фрагментов ДНК гена wbfR возбудителя V. cholerae - 200Е и плазмидный контроль (К+) 10µg для ПЦР РВ

Последовательность:

rfb-O139

(wbfR) m-O139-F- CGATGGCGTGTTCATTAGAAGG

m-O139-R-TCCCTTTCCACCTCGGTATTTTC

m-O139-P- ROX-CGGCAAACCTGGCAGCAAACCTCAGCA-BHQ2 Положительный контроль (вставка плазмиды):

CGATGGCGTGTTCATTAGAAGGGCGGGTTCCCTTGTTAGACCACCGCATTGCTGAGTTTGCTGCCAGTTTGCCGATCCATTTGAAATACCGAGGTGGAAAGGGA; Размер вставки К+: 104 п.н.

Праймеры и зонды предоставить в лиофилизированном (сухом) виде 20 ОЕ. ДНК-матрицу (плазмиду) предоставить в концентрации 10 мкг/мкл. Обязательное подтверждение правильности сборки векторной плазмиды методом секвенирования по Сенгеру (с предоставлением паспорта при поставке).