Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17929572-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение медикаментов, лекарств, изделий медицинского назначения согласно технической спецификации по согласованию с Заказчиком
Лоттың нөмірі:	№ 88213979-ОИ2
Лоттың атауы:	Кварц
Лоттың сипаттауы:	пьезоэлектрлік, кристалдар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жабдық ауаны ультракүлгін бактерицидтік сәулелену арқылы зарарсыздандыруға арналған болуы тиіс. Құрылғы адамдар бар кезде де, адамдар болмаған кезде де жұмыс істеуге жарамды болуы тиіс. Сәулелену көзі ретінде ультракүлгін бактерицидтік шам қолданылуы тиіс. Бактерицидтік шам саны – 1 (бір) дана. Бактерицидтік тиімділігі S. Aureus микроорганизміне қатысты өнімділігі: 90% тиімділікте – кемінде 65 м³/сағ; 95% тиімділікте – кемінде 50 м³/сағ; 99% тиімділікте – кемінде 33 м³/сағ; 99,9% тиімділікте – кемінде 22 м³/сағ.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. к.М.Дулатов 6А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 16 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оборудование должно быть предназначено для обеззараживания воздуха посредством ультрафиолетового бактерицидного излучения. Устройство должно быть пригодно для эксплуатации как в присутствии людей, так и в их отсутствие. Источник излучения – ультрафиолетовая бактерицидная лампа. Количество бактерицидных ламп – 1 (одна) штука. Производительность при бактерицидной эффективности в отношении микроорганизма S. Aureus должна составлять: при эффективности 90% – не менее 65 м³/ч; при эффективности 95% – не менее 50 м³/ч; при эффективности 99% – не менее 33 м³/ч; при эффективности 99,9% – не менее 22 м³/ч.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17929572-1
Наименование закупки:	Приобретение медикаментов, лекарств, изделий медицинского назначения согласно технической спецификации по согласованию с Заказчиком
Номер лота:	№ 88213979-ОИ2
Наименование лота:	Кварц
Описание лота:	пьезоэлектрический, кристаллы
Дополнительное описание лота:	Оборудование должно быть предназначено для обеззараживания воздуха посредством ультрафиолетового бактерицидного излучения. Устройство должно быть пригодно для эксплуатации как в присутствии людей, так и в их отсутствие. Источник излучения – ультрафиолетовая бактерицидная лампа. Количество бактерицидных ламп – 1 (одна) штука. Производительность при бактерицидной эффективности в отношении микроорганизма S. Aureus должна составлять: при эффективности 90% – не менее 65 м³/ч; при эффективности 95% – не менее 50 м³/ч; при эффективности 99% – не менее 33 м³/ч; при эффективности 99,9% – не менее 22 м³/ч.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай ул.М.Дулатова 6А
Срок поставки:	в течение 16 рабочих дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Оборудование должно быть предназначено для обеззараживания воздуха посредством ультрафиолетового бактерицидного излучения. Устройство должно быть пригодно для эксплуатации как в присутствии людей, так и в их отсутствие. Источник излучения – ультрафиолетовая бактерицидная лампа. Количество бактерицидных ламп – 1 (одна) штука. Производительность при бактерицидной эффективности в отношении микроорганизма S. Aureus должна составлять: при эффективности 90% – не менее 65 м³/ч; при эффективности 95% – не менее 50 м³/ч; при эффективности 99% – не менее 33 м³/ч; при эффективности 99,9% – не менее 22 м³/ч.