

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар облыстық онкологиялық диспансері" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар облыстық онкологиялық диспансері" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17845820-1
Конкурстың атауы:	ПТР зертханасы үшін медициналық жабдықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87822074-OK2
Лоттың атауы	Микробиологиялық қауіпсіздік боксы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	266013.000.000008
Тауардың атауы*:	Микробиологиялық қауіпсіздік боксы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	1870839.91
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1870839.91
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн
Жеткізу орны*	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ресей көшесі, 57/3 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Ламинарлық қауіпсіздік боксы полимерлі тізбекті реакция жүргізген кезде контаминациядан ДНК-сынамасын қорғау үшін, сыртқы ластанудан жұмыс аймағының қорғауын қамтамасыз ету және ғылыми зерттеулер, зертханалық диагностикалар, генотиптеу, инфекциялық ауруларды диагностикалау және басқа да молекулярлық-биологиялық зерттеулер жүргізген кезде пайдалану үшін арналуы тиіс. Техникалық сипаттамалары төменде аталғандардан нашар болмауы тиіс. Жабдық ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламенттің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу жиынында сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. Корпустың габариттік өлшемдері 1020×550×745 мм артық болмауы тиіс. Реттеуіш тіректерді есепке алмағанда тұғырда жабдықтың биіктігі 1385 мм артық болмауы тиіс. Жұмыс камерасының өлшемі 1015×530×520 мм кем болмауы тиіс. Электр қорегі жиілігі 50 Гц кернеуі 220 В ±10 % ауыспалы ток желісінен жүзеге асырылуы қажет. Жабдықтың тұтыну қуаты кіріктірілген электр розеткаларына жүктемені есепке алмағанда 70 Вт артық болмауы тиіс. Кіріктірілген розеткаларға жиынтық максималды рұқсат етілген жүктеме 1000 Вт артық болмауы тиіс. Жабдық бір цикл ішінде 200 минуттан кем емес жұмыс уақытын орнату мүмкіндігімен, қуаты кемінде 30 Вт ультракүлгін зарарсыздандырушы шаммен жабдықталуы тиіс. Жұмыс камерасын жарықтандыру жарықдиодты жүйесі кемінде 9 Вт қуаты болуы тиіс және 1000 лк кем емес жұмыс аймағының жарықтандыруын қамтамасыз етеді. Бір блоктың массасы 50 кг аспауы тиіс. Тұғырдың массасы 15 кг аспауы тиіс. Жабдықтың конструкциясы шындалған шыныдан жасалған айқарма алдыңғы шыныдан тұруы қажет. Ашық түрде шынының ашылу, жабылу және бекітілу механизмі газды амортизатормен жарақтандырылуы тиіс. Конструкция құрамында тростық механизмдер немесе ұқсас тораптар сияқты тез тозатын элементтер болмауы тиіс. Бүйірлік панельдер мателдан жасалуы тиіс. Жұмыс камерасы жарықдиодты жарықпен жарақтандырылуы тиіс. Жұмыс камерасының ішінде кемінде 2 кіріктірілген электр розеткалар көзделуі тиіс. Жұмыс беті тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс. Ультракүлгін блок жылжымалы боп орындалуы тиіс және жұмыс бетінің астында орналасуы тиіс. Жеткізу жиынтығына жақтаулы тұғыр кіруі қажет. Ультракүлгін шамның метал қорғанысы болуы тиіс. Басқару жүйесінде жабдықтың қуатын қосу, өшіру және жұмыс камерасын жарықтандыру үшін батырма ажыратқыштар болуы тиіс. Жабдықта сұйық кристалды дисплей болуы тиіс. Басқару жүйесінің функцияларына жабдықтың іске қосылуын индикациялау, жұмыс камерасының жарығын оның жұмыс істеу индикациясымен бірге қосу және өшіру, ультракүлгінмен зарарсыздандыруды қосу және өшіру, ультракүлгін шамның жұмыс уақытын қалған уақытты көрсете отырып орнату, ультракүлгін шамның қалдық ресурсын есептегіш, сондай-ақ оны пайдалану ресурсының аяқталуы туралы дыбыстық ескерту кіруі тиіс.
--	--

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй- жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	37

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ламинарлық қауіпсіздік боксы полимерлі тізбекті реакция жүргізген кезде контаминациядан ДНК-сынамасын қорғау үшін, сыртқы ластанудан жұмыс аймағының қорғауын қамтамасыз ету және ғылыми зерттеулер, зертханалық диагностикалар, генотиптеу, инфекциялық ауруларды диагностикалау және басқа да молекулярлық-биологиялық зерттеулер жүргізген кезде пайдалану үшін арналуы тиіс. Техникалық сипаттамалары төменде аталғандардан нашар болмауы тиіс. Жабдық ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламенттің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу жиынында сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. Корпустың габариттік өлшемдері 1020×550×745 мм артық болмауы тиіс. Реттеуіш тіректерді есепке алмағанда тұғырда жабдықтың биіктігі 1385 мм артық болмауы тиіс. Жұмыс камерасының өлшемі 1015×530×520 мм кем болмауы тиіс. Электр қорегі жиілігі 50 Гц кернеуі 220 В ±10 % ауыспалы ток желісінен жүзеге асырылуы қажет. Жабдықтың тұтыну қуаты кіріктірілген электр розеткаларына жүктемені есепке алмағанда 70 Вт артық болмауы тиіс. Кіріктірілген розеткаларға жиынтық максималды рұқсат етілген жүктеме 1000 Вт артық болмауы тиіс. Жабдық бір цикл ішінде 200 минуттан кем емес жұмыс уақытын орнату мүмкіндігімен, қуаты кемінде 30 Вт ультракүлгін зарарсыздандырушы шаммен жабдықталуы тиіс. Жұмыс камерасын жарықтандыру жарықдиодты жүйесі кемінде 9 Вт қуаты болуы тиіс және 1000 лк кем емес жұмыс аймағының жарықтандыруын қамтамасыз етеді. Бір блоктың массасы 50 кг аспауы тиіс. Тұғырдың массасы 15 кг аспауы тиіс. Жабдықтың конструкциясы шындалған шыныдан жасалған айқарма алдыңғы шыныдан тұруы қажет. Ашық түрде шынының ашылу, жабылу және бекітілу механизмі газды амортизатормен жарақтандырылуы тиіс. Конструкция құрамында тростық механизмдер немесе ұқсас тораптар сияқты тез тозатын элементтер болмауы тиіс. Бүйірлік панельдер мателдан жасалуы тиіс. Жұмыс камерасы жарықдиодты жарықпен жарақтандырылуы тиіс. Жұмыс камерасының ішінде кемінде 2 кіріктірілген электр розеткалар көзделуі тиіс. Жұмыс беті тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс. Ультракүлгін блок жылжымалы боп орындалуы тиіс және жұмыс бетінің астында орналасуы тиіс. Жеткізу жиынтығына жақтаулы тұғыр кіруі қажет. Ультракүлгін шамның метал қорғанысы болуы тиіс. Басқару жүйесінде жабдықтың қуатын қосу, өшіру және жұмыс камерасын жарықтандыру үшін батырма ажыратқыштар болуы тиіс. Жабдықта сұйық кристалды дисплей болуы тиіс. Басқару жүйесінің функцияларына жабдықтың іске қосылуын индикациялау, жұмыс камерасының жарығын оның жұмыс істеу индикациясымен бірге қосу және өшіру, ультракүлгінмен зарарсыздандыруды қосу және өшіру, ультракүлгін шамның жұмыс уақытын қалған уақытты көрсете отырып орнату, ультракүлгін шамның қалдық ресурсын есептегіш, сондай-ақ оны пайдалану ресурсының аяқталуы туралы дыбыстық ескерту кіруі тиіс.
--	--

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Жеткізуші жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, орауды, орнатуды, аспаптарды баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларын осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне сәйкестігін тексеруді (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар), медициналық оқытуды (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейін) Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады, штатта тиісті мамандар, өндіруші қызметкерлері болмаған жағдайда. Жұмыстар өртке қарсы ережелерді, қауіпсіздік техникасын және нормалар мен ережелерге сәйкес жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі өзге де талаптарды сақтай отырып, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ережелерді сақтай отырып жүзеге асырылуға тиіс. Еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен талаптардың кез келген бұзушылықтары үшін, сондай-ақ осы бұзушылықтардың салдары үшін Өнім беруші жауапты болады.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тауар жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қолжеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету 37 айдан кем емес. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанда 1 реттен кем болмауы тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс және мыналардан тұрады. - істен шыққан негізгі бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жеке бөліктерін ауыстыру немесе қолпына келтіру; - медициналық техниканы теңшеу және реттеу; осы медициналық техникаға сай ерекше жұмыстар және т.б. - негізгі механизмдерді және тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде сұрыптау. - медициналық техника корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түрі үшін ерекше пайдалану құжаттамасында аталған басқа операциялар - Тапсырыс берушіге екі тілде аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығын, шығу тегі сертификатын ұсыну.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной онкологический диспансер" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Наименование организатора	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной онкологический диспансер" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
№ конкурса:	№ 17845820-1
Наименование конкурса:	Приобретение медицинского оборудования для ПЦР-лаборатории
Номер лота:	№ 87822074-ОК2
Наименование лота:	Бокс микробиологической безопасности
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	266013.000.000008
Наименование товара*:	Бокс микробиологической безопасности
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	1870839.91
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1870839.91
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	60 календарных дней с момента заключения Договора

Место поставки товара*:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Российская, строение 57/3
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики покупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Ламинарный бокс безопасности должно быть предназначено для защиты ДНК-проб от контаминации при проведении полимеразной цепной реакции (ПЦР), обеспечивать защиту рабочей зоны от внешнего загрязнения и использоваться при проведении научных исследований, лабораторной диагностики, генотипирования, диагностики инфекционных заболеваний и других молекулярно-биологических исследований. Технические характеристики оборудования должны быть не хуже указанных ниже. Оборудование должно соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». В комплекте поставки должна предоставляться декларация о соответствии. Габаритные размеры корпуса должны быть не более 1020×550×745 мм. Высота оборудования на подставке без учета регулируемых опор должна быть не более 1385 мм. Размеры рабочей камеры должны быть не менее 1015×530×520 мм. Электропитание должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В ±10 % с частотой 50 Гц. Потребляемая мощность оборудования без учета нагрузки на встроенные электрические розетки должна быть не более 70 Вт. Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки должна быть не более 1000 Вт. Оборудование должно быть оснащено ультрафиолетовой лампой обеззараживания мощностью не менее 30 Вт с возможностью установки времени работы не менее 200 минут за один цикл. Светодиодная система освещения рабочей камеры должна иметь мощность не менее 9 Вт и обеспечивать освещенность рабочей зоны не менее 1000 лк. Масса основного блока должна быть не более 50 кг. Масса подставки должна быть не более 15 кг. Конструкция оборудования должна включать распашное лицевое стекло, выполненное из закаленного стекла. Механизм открывания, закрывания и фиксации стекла в открытом положении должен быть оснащен газовыми амортизаторами. Конструкция должна не содержать быстроизнашивающихся элементов, таких как тросовые механизмы или аналогичные узлы. Боковые панели должны быть выполнены из металла. Рабочая камера должна быть оборудована светодиодным освещением. Внутри рабочей камеры должно быть предусмотрено не менее двух встроенных электрических розеток. Рабочая поверхность должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Ультрафиолетовый блок должен быть выполнен в выдвижном исполнении и расположен под рабочей поверхностью. В комплект поставки должна входить рамочная подставка. Ультрафиолетовая лампа должна иметь металлическую защиту. Система управления должна быть оснащена кнопочными выключателями для включения и выключения питания оборудования и освещения рабочей камеры. Оборудование должно иметь жидкокристаллический дисплей. Функции системы управления должны включать индикацию включения оборудования, включение и выключение освещения рабочей камеры с индикацией его работы, включение и выключение ультрафиолетового обеззараживания, установку времени работы ультрафиолетовой лампы с отображением оставшегося времени, счетчик остаточного ресурса ультрафиолетовой лампы, а также звуковое
---	---

	предупреждение об окончании ресурса ее эксплуатации.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	37

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Ламинарный бокс безопасности должно быть предназначено для защиты ДНК-проб от контаминации при проведении полимеразной цепной реакции (ПЦР), обеспечивать защиту рабочей зоны от внешнего загрязнения и использоваться при проведении научных исследований, лабораторной диагностики, генотипирования, диагностики инфекционных заболеваний и других молекулярно-биологических исследований. Технические характеристики оборудования должны быть не хуже указанных ниже. Оборудование должно соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». В комплекте поставки должна предоставляться декларация о соответствии. Габаритные размеры корпуса должны быть не более 1020×550×745 мм. Высота оборудования на подставке без учета регулируемых опор должна быть не более 1385 мм. Размеры рабочей камеры должны быть не менее 1015×530×520 мм. Электропитание должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В ±10 % с частотой 50 Гц. Потребляемая мощность оборудования без учета нагрузки на встроенные электрические розетки должна быть не более 70 Вт. Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки должна быть не более 1000 Вт. Оборудование должно быть оснащено ультрафиолетовой лампой обеззараживания мощностью не менее 30 Вт с возможностью установки времени работы не менее 200 минут за один цикл. Светодиодная система освещения рабочей камеры должна иметь мощность не менее 9 Вт и обеспечивать освещенность рабочей зоны не менее 1000 лк. Масса основного блока должна быть не более 50 кг. Масса подставки должна быть не более 15 кг. Конструкция оборудования должна включать распашное лицевое стекло, выполненное из закаленного стекла. Механизм открывания, закрывания и фиксации стекла в открытом положении должен быть оснащен газовыми амортизаторами. Конструкция должна не содержать быстроизнашивающихся элементов, таких как тросовые механизмы или аналогичные узлы. Боковые панели должны быть выполнены из металла. Рабочая камера должна быть оборудована светодиодным освещением. Внутри рабочей камеры должно быть предусмотрено не менее двух встроенных электрических розеток. Рабочая поверхность должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Ультрафиолетовый блок должен быть выполнен в выдвижном исполнении и расположен под рабочей поверхностью. В комплект поставки должна входить рамочная подставка. Ультрафиолетовая лампа должна иметь металлическую защиту. Система управления должна быть оснащена кнопочными выключателями для включения и выключения питания оборудования и освещения рабочей камеры. Оборудование должно иметь жидкокристаллический дисплей. Функции системы управления должны включать индикацию включения оборудования, включение и выключение освещения рабочей камеры с индикацией его работы, включение и выключение ультрафиолетового обеззараживания, установку времени работы ультрафиолетовой лампы с отображением оставшегося времени, счетчик остаточного ресурса ультрафиолетовой лампы, а также звуковое
--	---

	предупреждение об окончании ресурса ее эксплуатации.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Поставщик обязан выполнить доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Работы должны осуществляться с соблюдением противопожарных правил, техники безопасности и иных требований по охране труда при выполнении работ в соответствии с нормами и правилами, а также соблюдением правил по охране окружающей среды. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Поставщик.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочноузловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Предоставление Заказчику комплекта технической и эксплуатационной документации с переводом на двух языках, сертификат происхождения.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).