

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848045-1
Сатып алудың атауы:	Тауарды сатып алу: ақылы қызметтер бойынша медициналық бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 88197627-3ЦП2
Лоттың атауы:	Биохимиялық талдаушы
Лоттың сипаттауы:	мамандандырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2ші деңгейлі Мульти Контроль 6х5 мл QC жүргізуге арналған лиофильді кептірілген сарысу, анықталатын липидті талдаушылар үшін аттестатталған мәндері (P): ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC тұнбасыз тікелей фотометрия әдісімен. Леофильді сарысуды еріту кезінде дайын бақылау ерітіндісінің көлемі кемінде 30 мл. Бақылау сарысуының жиынтығы тестілердің референттік мәндерін автоматты түрде талдағыштың жадына оқу үшін талдағыштың кіріктірілген сканерімен үйлесімді арнайы штрих-кодпен жабдықталуы тиіс. BS-240Pro жабық жүйесінің биохимиялық анализаторларымен үйлесімді
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы А көшесі 1, ғимарат 5. Б блогы.
Жеткізу мерзімі:	Өтінімді алған сәттен бастап кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болған жағдайда кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2ші деңгейлі Мульти Контроль 6х5 мл QC жүргізуге арналған лиофильді кептірілген сарысу, анықталатын липидті талдаушылар үшін аттестатталған мәндері (P): ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC тұнбасыз тікелей фотометрия әдісімен. Леофильді сарысуды еріту кезінде дайын бақылау ерітіндісінің көлемі кемінде 30 мл. Бақылау сарысуының жиынтығы тестілердің референттік мәндерін автоматты түрде талдағыштың жадына оқу үшін талдағыштың кіріктірілген сканерімен үйлесімді арнайы штрих-кодпен жабдықталуы тиіс. BS-240Pro жабық жүйесінің биохимиялық анализаторларымен үйлесімді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848045-1
Наименование закупки:	Закуп товара: медицинские изделия по платным услугам
Номер лота:	№ 88197627-ЗЦП2
Наименование лота:	Анализатор биохимический
Описание лота:	специализированный
Дополнительное описание лота:	МультиКонтроль уровень 2, 6x5 мл Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями (P) для определяемых липидных аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы улица А 1, здание 5. Блок Б.
Срок поставки:	С момента получения заявки не менее 15 (пятнадцати) календарных дней . В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	МультиКонтроль уровень 2, 6x5 мл Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями (P) для определяемых липидных аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro