Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856960-1
Сатып алудың атауы:	Басқа шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88330666-ОИ2
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	ТН-1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үй-жайларға арналған шыны термометр
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы, Кооперация көшесі 44
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шыны Термометр ТС-7 М1 Үй-жайлар үшін. Жеткізілетін тауар келесі метрологиялық және техникалық талаптарға қатаң сәйкес келуі тиіс. Метрологиялық талаптар: термометрлер өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне (ГРСИ) енгізілуі, қолданыстағы тіркеу куәлігі (ТҚ) болуы және бастапқы тексеру туралы куәлікпен және бұйымның паспортында тиісті белгімен бірге жүруі тиіс. Тексеру жиілігі: тексеру аралығы кемінде 1 жыл болуы керек. Тауарды жеткізу кезінде термометрлерде болуы керек Жаңа тексеру және тиісті құжатты ұсыну. ГОСТ 28498-90

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856960-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88330666-ОИ2
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	ТН-1
Дополнительное описание лота:	Термометр стеклянный для помещений
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, ул. Коопрации 44
Срок поставки:	В течении 15календарных дей со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термометр стеклянный ТС-7 М1 для помещений. Поставляемый товар должен строго соответствовать следующим метрологическим и техническим требованиям. Метрологический требования: термометры должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений (ГРСИ), иметь действующее Регистрационное удостоверение (РУ) и сопровождаться свидетельством о первичной поверке и соответствующей отметкой в паспорте изделия. Периодичность поверки: меж поверочный интервал должен составлять не менее 1 года. При поставки товара термометры должны иметь свежую поверку и предоставить соответствующий документ. ГОСТ 28498-90