

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17794177-1
Сатып алудың атауы:	Ауаны зарарсыздандыруға арналған бір реттік химиялық индикатор
Лоттың нөмірі:	№ 87914945-3ЦП1
Лоттың атауы:	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	ауалы зарарсыздандыруды бақылауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауаны зарарсыздандыруға арналған STERITEST-VI 5-класты бір реттік химиялық индикатор, 1000 дана, есепке алу журналымен (бюджеттен тыс)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы, Гурбы көшесі 6
Жеткізу мерзімі:	қазан-желтоқсан 2026 жыл.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты: Ыстық ауамен зарарсыздандырғыштарда өңделетін қаптамалар мен бұйымдардың ішіндегі маңызды параметрлерді (температура және әсер ету уақыты) нақты уақыт режимінде визуалды бақылау. Индикатор класы: GOST ISO 11140-1-2011 стандартына сәйкес 5-клас (интеграциялаушы индикаторлар). Олар процестің барлық маңызды айнымалыларына әсер етеді. Бақыланатын циклдер (көп циклді). 160°C – 200°C аралығындағы құрғақ ыстықпен зарарсыздандырудың барлық стандартты циклдері: • 160°C / 150 мин. • 180°C / 60 мин. • 200°C / 30 мин. Конструкциялық ерекшеліктері: • Қағаз негізді, жабысқақ қабаты бар (журналдар мен қаптамаларға жапсыруға арналған). Индикаторлық құрам химиялық заттар мен медициналық бұйымдардың өзара жанасуына жол бермейтін полимерлі қабықшаның ішіне герметикалық түрде тығыздалып орналастырылған. Түстің өзгеруі: Стерилдеу шарттарына қол жеткізілген кезде бастапқы жасыл түстен соңғы қоңыр түске (эталондық салыстыру элементіне сәйкес келетін) айқын және қайтымсыз өзгеру Қаптама және мазмұны • Бір қаптамада 1000 индикаторлық жолақ бар. • Зарарсыздандыру алдындағы тазалау сапасын және зарарсыздандырғыш жұмысының тиімділігін бақылау нәтижелерін жазуға арналған журнал (№ 257/ у нысаны) қоса беріледі. Жеткізу орны: Жезқазған қаласы, Гурбы көшесі 6 Жеткізу мерзімі: тапсырыс берушінің өтінішін алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17794177-1
Наименование закупки:	Индикатор химический одноразовый воздушной стерилизации
Номер лота:	№ 87914945-ЗЦП1
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля воздушной стерилизации
Дополнительное описание лота:	Индикатор химический одноразовый воздушной стерилизации класса 5 СТЕРИТЕСТ-Вл, 1000, с журналом (Внебюджет)
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган г. Жезказган ул.Гурбы 6
Срок поставки:	Октябрь-декабрь 2026 год
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение Оперативный визуальный контроль соблюдения критических параметров (температуры и времени выдержки) внутри стерилизуемых упаковок и изделий в воздушных стерилизаторах. Класс индикатора: Класс 5 (Интегрирующие индикаторы) согласно классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Реагируют на все критические переменные процесса Контролируемые режимы (многорежимный) Все стандартные режимы воздушной стерилизации в диапазоне от 160 °С до 200 °С: • 160 °С / 150 мин. • 180 °С / 60 мин. • 200 °С / 30 мин. Конструктивные особенности • Изготовлены на бумажной основе с липким слоем на обратной стороне (для фиксации в журнале и на упаковке). • Индикаторная композиция герметично запакована в полимерную оболочку, исключающую контакт химических веществ с медицинскими изделиями. Цветовой переход Отчетливое и необратимое изменение цвета от начального зеленого к конечному коричневому (соответствующему эталонному элементу сравнения) при достижении условий стерилизации. Форма выпуска и комплектация • 1000 штук индикаторных полосок в одной упаковке. • Журнал учета качества предстерилизационной очистки / контроля работы стерилизаторов (форма 257/у) входит в комплект поставки. Место поставки: г.Жезказган ул.Гурбы 6 Срок поставки: В течении 15 календарных дней со дня получения заявки от заказчика