

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17821635-1
Сатып алудың атауы:	Karl Storz тіреуіне арналған құрамдас бөліктерді сатып алу (медициналық жабдықтарға арналған құрамдас бөліктер, сондықтан бағасы 5% ҚҚС-сыз көрсетілген)
Лоттың нөмірі:	№ 82866572-3ЦП2
Лоттың атауы:	Бейнеэндоскопиялық кешен
Лоттың сипаттауы:	гинекологияға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оптика 30
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Протозанов көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Шарттық келісім бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жабдықты қайта жабдықтауға арналған 30 Оптика-KARL STORZ тіректері. Қатаң эндоскоптар HOPKINS Rubina NIR/ICG, көру бұрышы 30°, диаметрі 10 мм, ұзындығы 31 см, пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен бірге. Оптика қатты, шыны линзалармен, кеңейтілген көру өрісімен, автоклавтауға жарамды, жасыл индоцианинмен (ICG) пайдалануға арналған, кіріктірілген фиброоптикалық адаптері бар, түстік кодталуы – қызыл. Көру өрісі – 72-ден кем емес және 78 градустан артық емес. Бақылау бағыты – 27-ден кем емес және 33 градустан артық емес. Жұмыс бөлігінің ені – 9,5 мм-ден кем емес және 10,5 мм-ден артық емес. Жұмыс ұзындығы – 310 мм-ден кем емес және 315 мм-ден артық емес. Кіріктірілген талшықты-оптикалық жарық өткізгіш – бар. Жарық өткізгіштің қосылуы оптиканың бойлық осіне перпендикуляр орналасқан – бар. Оптиканы KARL STORZ икемді талшықты-оптикалық жарық өткізгіштерімен пайдалануға арналған адаптер – бар. Оптиканы Richard Wolf икемді талшықты-оптикалық жарық өткізгіштерімен пайдалануға арналған адаптер – бар. Оптикаға өндірушінің атауы, өндіруші каталогындағы оптика нөмірі және оптиканың сериялық нөмірі көрсетілген таңбалау нанесілген. Бақылау бағыты түстік таңбамен белгіленген. Оптиканың дистальды ұшы сапфир шыныдан жасалған. Оптикалық жүйенің ішкі бетінде шағылысуға қарсы жабын бар. Жиынтықта жарық өткізгіш – 1 дана (талшықты-оптикалық диаметрі – кемінде 4,8 мм, ұзындығы – кемінде 300 см). МЕМСТ қарастырылмаған. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаулары жоқ, өндіруші көздеген функционалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге және медициналық жабдықтың тиісті түрлерімен үйлесімді болуға тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай (кепілдік талонын ұсыну қажет). Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн. Жеткізу орны: Өскемен қаласы, Протозанов көшесі, 7.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17821635-1
Наименование закупки:	Приобретение комплектующих для стойки Karl Storz (комплектующие к медицинскому оборудованию, поэтому цена указана без НДС 5%)
Номер лота:	№ 82866572-3ЦП2
Наименование лота:	Комплекс видеоэндоскопический
Описание лота:	для гинекологии
Дополнительное описание лота:	Оптика 30
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Протозанова, 7
Срок поставки:	Согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Оптика 30 для дооснащения оборудования - стойки KARL STORZ. Эндоскопы жесткие HOPKINS Rubina NIR/ICG, угол обзора 30°, диаметр 10 мм, длина 31 см с инструкцией, оптика жесткая со стеклянными линзами, увеличенный обзор, автоклавируемая, для индоцианина зеленого, встроенный фибро-оптический переходник, цвет кодировки - красная Поле зрения - не более 78 и не менее 72 градусов. Направление наблюдения - не более 33 и не менее 27 градусов. Ширина рабочей части - не более 10.5 мм и не менее 9.5 мм. Рабочая длина - не более 315 мм и не менее 310 мм. Встроенный фиброволоконный световод - есть. Соединение световода перпендикулярно продольной оси оптики - есть. Адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами KARL STORZ - есть. Адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами Richard Wolf - есть. На оптику нанесена маркировка с указанием наименования производителя, номера оптики по каталогу производителя и серийного номера оптики. Направление наблюдения обозначено цветовой маркировкой. Дистальный конец оптики выполнен с использованием сапфирового стекла. Оптическая система имеет анти-рефлексное внутреннее покрытие. В комплекте световод-1 штука (волоконнооптический диаметр- не менее 4,8мм, длина - не менее 300см). ГОСТ не предусмотрен. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренную производителями функциональность быть совместим с видами медицинского оборудования. Гарантийный срок: 12 месяцев (предоставить гарантийный талон). Срок поставки: 15 календарных дней по заявке заказчика. Место поставки: г. Усть-Каменогорск, ул Протозанова 7.