

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851411-1
Сатып алудың атауы:	Тауарлар сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88207961-3ЦП2
Лоттың атауы:	Төсек
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Функционалдық реттелетін медициналық палаталы кереует (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613930100, Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай а. Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай ауылы, Қырғызалиев көшесі, 45.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық палаталы функционалды кереует электрлік реттеумен. Пайдалану шарттарына сәйкес үй-жайға қойылатын талаптар: Пайдалану шарттары + 10 °С-тан + 40 °С-қа дейін. салыстырмалы ылғалдылық: 30% - дан 75% - ға дейін. атмосфералық қысым 700 hPa-дан 1060 hPa-ға дейін Тасымалдау және сақтау шарттары: Температура: -10 С-тан + 55 С-қа дейін Салыстырмалы ылғалдылық: 25% - дан 85 % - ға дейін. Атмосфералық қысым: 650 hPa - дан 1100 hPa-ға дейін. Қоршаған ортаның температурасы - 10 °С - + 55 °С. Салыстырмалы ылғалдылық 25 % - 85 %. Атмосфералық қысым 650 кПа-1100 кПа. Функционалды медициналық палаталық кереует стационарлар палаталарында, реанимация бөлімшелерінде, оңалту залдарында және медициналық мекемелердің басқа бөлімшелерінде пациенттерді орналастыруға және күтуге арналған. Дизайн дененің ыңғайлы орналасуын, персоналдың тексеру және күтім жасау үшін оңай қол жетімділігін және пациентті бөлім ішінде қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз етуі керек. Құрылыс және материалдар о қаңқасы металл, дәнекерленген, дезинфекцияға және коррозияға төзімді қорғаныш полимерлі-ұнтақты жабыны бар Профильді болаттан жасалған. о төсек төрт секциялы, перфорацияланған Болат панельдерден немесе тордан жасалған, бұл еркін желдетуге және оңай тазалауға мүмкіндік береді. о барлық бұрыштар мен жиектер дөңгелек, науқас пен қызметкерлердің жарақаттануын болдырмайды. о кемінде 75 кг жүктемеге төтеп бере алатын, көтерілген қалыпта бұғатталған алмалы-салмалы немесе жиналмалы қоршаулардың (бүйірлердің) болуы. Реттеу және көтеру механизмдері о артқы жағы: көлбеу бұрышын тегіс реттеу кем дегенде 25° 80°аспайды о Поплитальды бөлім: кем дегенде 25° көтерілу 60°аспайды. о жіліншік бөлімі: тәуелсіз реттеу. о төсектің еденге қатысты биіктігі-механикалық көтергішпен (бұрандалы немесе гидравликалық) кем дегенде 450-750 ММ диапазонында реттеледі. о "кардио креслосы" және тренделенбург / анти-тренделенбург позицияларын орнату мүмкіндігі (жалпы төсектің көлбеуі ±10-20°). Өлшемдері мен салмағы о кереуеттің жалпы ұзындығы кемінде 2100 мм. о төсек ені-кем дегенде 900 мм (жұмыс беті). о биіктігі көтерілген қоршауларды ескере отырып-1100 мм дейін. о өнімнің салмағы-90 кг-нан аспайды (матрацсыз және аксессуарларсыз). о жүктеме (пациенттің рұқсат етілген салмағы) - кемінде 170-200 кг. о диаметрі кемінде 125 мм болатын 4 доңғалақ, тәуелсіз тежегіші бар әрбір тірек; 360°айналмалы. о қауіпсіз манипуляциялар үшін позицияны бекіту жүйесі бар тұрақты негіз. о дезинфекцияға төзімді құйылған пластиктен немесе металдан жасалған бас киім мен табандағы алынбалы арқалықтар. о қондырма ұстағыштары(тамшылатқыш сөре, несеп қабылдағыш кронштейн, тұтқалар). о ылғалға төзімді, дем алатын, антисептикалық жабыны бар матрацты орнату мүмкіндігі. Пайдалану шарттары о Қоршаған орта температурасы: +5...+40 °С, салыстырмалы ылғалдылық-25 °С температурада 80% дейін. о құрылым тұрақты ылғалды тазалауға және коррозияға төзімді дезинфекциялық құралдармен өңдеуге мүмкіндік беруі керек. о Барлық механизмдер тегіс жұмыс істеуі керек, жиі

техникалық қызмет көрсетуді қажет етпестен кептелістер мен ойнатуларсыз. Қауіпсіздік талаптары о құрылым электр қауіпсіздігі (қосымша элементтер болған кезде), механикалық беріктік және тұрақтылық стандарттарына сәйкес келуі керек. о науқасты қорғау үшін жиектерінде жұмсақ төсемдердің немесе пластикалық кірістірулердің болуы. Кепілдік және қызмет көрсету шарттары о кепілдік - кем дегенде 24 ай. о ел аумағында қосалқы бөлшектерге сервистік қызмет көрсету және жеткізу мүмкіндігі. о орыс және қазақ тілдерінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. * Санитарлық өңдеуге арналған жылдам бөлшектеу мүмкіндігі. * Ішкі жақтау қуыстарын коррозияға қарсы өңдеу. * Тегіс жүрісті төмендетпестен жиі қолдануға мүмкіндік беретін күшейтілген көтергіш жетегі. * Аксессуарлардың кең спектрімен үйлесімділік (монитор ұстағыш, тамақ үстелі, аппараттық кронштейндер). Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 12 ай. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. ҚР, Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай ауылы, Қырғызалиев көшесі 45. Қосымша мекен жай Тапсырыс берушінің нұсқауы бойынша

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851411-1
Наименование закупки:	Закуп товаров (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88207961-ЗЦП2
Наименование лота:	Кровать
Описание лота:	медицинская
Дополнительное описание лота:	Кровать медицинская палатная функциональная регулируемая (согласно технический характеристике)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613930100, Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кровать медицинская палатная функциональная с электрическим регулировкой. Функциональная медицинская палатная кровать предназначена для размещения и ухода за пациентами в палатах стационаров, отделениях интенсивной терапии, реабилитационных залах и других подразделениях медучреждений. Конструкция должна обеспечивать удобное позиционирование тела, лёгкий доступ персонала для осмотра и ухода, а также безопасную транспортировку пациента в пределах отделения. Конструкция и материалы о Каркас металлический, сварной, из профильной стали с защитным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к дезсредствам и коррозии. о Ложе четырёхсекционное, выполнено из перфорированных стальных панелей или сетки, позволяющих свободную вентиляцию и лёгкую уборку. о Все углы и кромки — скруглённые, исключающие травмирование пациента и персонала. о Наличие съёмных или откидных ограждений (бортиков) с блокировкой в поднятом положении, выдерживающих не менее 75 кг нагрузки. Регулировки и подъёмные механизмы о Спинка: плавная регулировка угла наклона не менее 25° не более 80° о Подколенная секция: подъём не менее 25° не более 60°. о Секция для голени: независимая регулировка. о Высота ложа относительно пола — регулируется механическим подъёмником (винтовым или гидравлическим) в диапазоне не менее 450-750 мм. о Возможность установки положения «кардиокресло» и тренделенбург / анти-тренделенбург (наклон всего ложа $\pm 10-20^\circ$). Габариты и масса о Общая длина кровати — не менее 2100 мм. о Ширина ложа — не менее 900 мм (рабочая поверхность). о Высота с учётом поднятых ограждений — до 1100 мм. о Масса изделия — не более 90 кг (без матраса и аксессуаров). о Нагрузка (допустимый вес пациента) — не менее 170-200 кг. о 4 колеса диаметром не менее 125 мм, каждая опора с независимым тормозом; поворотные на 360°. о Устойчивое основание с системой фиксации положения для безопасных манипуляций. о Съёмные спинки в изголовье и изножье, выполненные из формованного пластика или металла, стойкого к дезинфекции. о Держатели для навесного оборудования (стойка для капельниц, кронштейн для мочеприёмника, поручни). о Возможность установки матраса из влагоустойчивого, воздухопроницаемого материала с антисептическим покрытием. Условия эксплуатации о Температура окружающей среды: +5...+40 °С, относительная влажность — до 80 % при 25 °С. о Конструкция должна допускать регулярную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами, устойчивыми к коррозии. о Все механизмы должны работать плавно, без заеданий и люфтов, не требуя частого обслуживания. Требования к безопасности о Конструкция должна соответствовать стандартам электробезопасности (при наличии доп. элементов), механической прочности и устойчивости. о Наличие мягких накладок или пластиковых вставок на бортиках для защиты пациента. Гарантийные и сервисные условия о Гарантия — не менее 24 месяцев. о Возможность сервисного обслуживания и поставки

запчастей на территории страны. о Наличие инструкции по эксплуатации на русском и казахском языках. • Возможность быстрой разборки для санитарной обработки. • Антикоррозионная обработка внутренних полостей рамы. • Усиленный привод подъёмника, допускающий частое использование без снижения плавности хода. • Совместимость с широким спектром аксессуаров (держатель монитора, столик для еды, кронштейны для аппаратов). Требования к помещению в соответствии с условиями эксплуатации: Условия эксплуатации от + 10 °С до + 40 °С. относительная влажность: от 30 % до 75 %. атмосферное давление от 700 hPa до 1060 hPa Условия транспортировки и хранения: Температура : от -10 С до + 55 С Относительная влажность: от 25% до 85 %. Атмосферное давление: От 650 hPa до 1100 hPa. Температура окружающей среды - 10 °С - + 55 °С. Относительная влажность 25 % - 85 %. Атмосферное давление 650 кПа - 1100 кПа. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 12 месяцев. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. РК, Туркестанская область, Келесский район, село Абай, улица Кыргызалиева 45. Дополнительный адрес по указанию Заказчика.