

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788514-1
Сатып алудың атауы:	Набор реагентов согласно тех спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 88247659-3ЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен ПТР әдісімен тұмау РНҚ вирустарын анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	на 2026 год - Для анализатора iFlash Реагент для количественного определения Anti-HCV (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 99% Относительная специфичность: 98,9% Для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа. Требуется установка и активация тест набора на борт анализатора через сервер производителя.)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Макатаева 141/77
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Реагент для количественного определения Anti-HCV (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 99% Относительная специфичность: 98,9% Для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа. Требуется установка и активация тест набора на борт анализатора через сервер производителя.)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788514-1
Наименование закупки:	Набор реагентов согласно тех спецификации
Номер лота:	№ 88247659-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для выявления РНК вирусов гриппа методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
Дополнительное описание лота:	на 2026 год - Для анализатора iFlash Реагент для количественного определения Anti-HCV (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 99% Относительная специфичность: 98,9% Для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа. Требуется установка и активация тест набора на борт анализатора через сервер производителя.)
Количество:	50
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Макатаева 141/77
Срок поставки:	после подписания договора в течении 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Реагент для количественного определения Anti-HCV (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 99% Относительная специфичность: 98,9% Для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа. Требуется установка и активация тест набора на борт анализатора через сервер производителя.)