

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778103-1
Сатып алудың атауы:	Дыбыстық шығарылымы бар термометрді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87980823-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дыбыстық шығуы бар термометр
Саны, көлемі:	6833.28
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Бейбітшілік 9
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тифлотехникалық құрал – сөз шығаратын термометрге Техникалық сипаттама Сөз шығаратын термометр - 90 дана Мүгедектігі бар адамдарды сөз шығаратын термометрлермен қамтамасыз ету мүгедектігі бар адамның абилитациялау және оңалтудың жеке бағдарламасына және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрығымен бекітілген мүгедектігі бар адамдарды абилитациялау және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету қағидаларына, оның ішінде оларды ауыстыру мерзімдеріне сәйкес жүзеге асырылады. Сөз шығаратын термометр Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 284 бұйрығымен бекітілген мүгедектігі бар адамдарға ұсынылатын техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдардың, арнаулы жүріп-тұру құралдарының және көрсетілетін қызметтердің сыныптауышында көзделген сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс. Сөз шығаратын термометр адамның дене температурасын өлшеуге және өлшеу нәтижелерін сөз түрінде ұсынуға арналған. Функционалдық және техникалық сипаттамалары 1. Термометр адамның дене температурасын өлшеуге арналған шағын қол құрылғысы болуы тиіс. 2. Термометр өлшеу нәтижелерін көрсетуге арналған сұйық кристалды дисплеймен жабдықталуы тиіс. 3. Термометр өлшеу нәтижелерін мемлекеттік, орыс және басқа тілдерде сөзбен дыбыстауды қамтамасыз етуі тиіс. 4. Термометр аспабын қосу және өшіру кезінде дыбыстық сигнал беруді қамтамасыз етуі тиіс. 5. Термометрді 2 минуттан астам пайдаланған кезде оны автоматты түрде өшіру функциясы көзделуі тиіс. 6. Температураны өлшеудің жұмыс диапазоны 35,5 °C-тан 42,0 °C-қа дейін болуы тиіс. 7. Температураны өлшеу қателігі осы жұмыс диапазоны үшін белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. 8. Термометрдің өлшеу бөлігі герметикалық және гигиеналық қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. 9. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, пайдалану іздері, механикалық зақымданулары және өзге де ақаулары болмауы тиіс. 10. Тауардың шығарылған күні: сөз шығаратын термометрдің моделі жеткізу күніне дейін 2 (екі) жылдан аспайтын мерзімде шығарылған болуы тиіс. 11. Медициналық электрондық термометр Қазақстан Республикасының техникалық реттеу және метрология саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 12. Термометрді салыстырып тексеру СТ РК 2.596-2019 «Медициналық электрондық термометрлер. Салыстырып тексеру әдістемесі» стандартына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Өнім берушіге қойылатын талаптар: Мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріндегі бұйымдардың пайдалану жөніндегі нұсқаулығы болуы тиіс. Тауармен бірге әлеуетті өнім беруші сәйкестікті міндетті растауға жататын

сөйлеу шығару функциясы бар термометрге сәйкестік сертификатын немесе сәйкестік туралы декларацияны ұсынады. Медициналық бұйымдарға жататын, мемлекеттік тіркеуге және қайта тіркеуге жататын тауарларды жеткізу кезінде тіркеу куәлігі болуы тиіс. Кепілдік мерзімі (айлармен) - 24, Тауарды жеткізу мерзімі – шарт күшіне енген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778103-1
Наименование закупки:	Приобретение термометра с речевым выходом
Номер лота:	№ 87980823-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Термометр с речевым выходом
Количество:	6833.28
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Бейбітшілік 9
Срок поставки:	с момента подписание договора в течение 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на тифлотехническое средство - термометр с речевым выходом Термометр с речевым выходом - 90 штук Обеспечение лиц с инвалидностью термометрами с речевым выходом осуществляется в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью и Правилами обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 287. Термометр с речевым выходом должен соответствовать характеристикам, предусмотренным Классификатором технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью, утвержденным приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 284. Термометр с речевым выходом предназначен для измерения температуры тела человека и представления результатов измерения в речевом виде. Функциональные и технические характеристики 1. Термометр должен представлять собой малогабаритное ручное устройство для измерения температуры тела человека. 2. Термометр должен иметь жидкокристаллический дисплей для отображения результатов измерения. 3. Термометр должен обеспечивать речевое озвучивание результатов измерения на государственном, русском и других языках. 4. Термометр должен обеспечивать подачу звукового сигнала при включении и выключении прибора. 5. Должна быть предусмотрена функция автоматического отключения термометра при использовании более 2 минут. 6. Рабочий диапазон измерения температуры должен составлять от 35,5 °С до 42,0 °С. 7. Погрешность измерения температуры должна соответствовать установленным требованиям для данного рабочего диапазона. 8. Измерительная часть термометра должна быть герметичной и соответствовать гигиеническим требованиям безопасности. 9. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не иметь следов эксплуатации, механических повреждений и иных дефектов. 10. Дата выпуска товара: модель термометра с речевым выходом должна быть выпущена не более чем за 2 (два) года до даты поставки. 11. Термометр медицинский электронный должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан в области технического регулирования и метрологии. 12. Поверка термометра должна осуществляться в соответствии с СТ РК 2.596-2019 «Термометры медицинские электронные. Методика поверки». Требование к поставщику : Изделия должны иметь инструкцию к применению на государственном и (или) русском языках. Вместе с товаром потенциальный поставщик предоставляет сертификат соответствия или декларацию о соответствии на термометр с речевым выходом, подлежащие обязательному

	подтверждению соответствия, имеют регистрационное удостоверение при поставке товаров, относящихся к медицинским изделиям, подлежащим государственной регистрации и перерегистрации; Гарантийный срок (в месяцах) - 24, Срок поставки товара — 30 (тридцать) календарных дней со дня вступления в силу договора.
--	---