Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000599-1
Сатып алудың атауы:	Набор полосок для выявления 8 наркотических соединений в мочи (AMP, COC, MET, MOP, THC,TRA, a-PVP, MCAT)
Лоттың нөмірі:	№ 88768260-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тест-жолақтар
Лоттың сипаттауы:	зәрдегі есірткі заттарының құрамдылығын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Набор полосок для выявления 8 наркотических соединений в мочи (AMP, COC, MET,MOP,THC,TRA,a-PVP,MCAT)
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, ш / а. 29, т/м 2, Ақтау қ. 126 учаскесі
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование заказчика – Филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" Институт судебных экспертиз по Мангистауской области Наркотест на 8 видов наркотиков в моче (AMP, COC, MET, MOP, THC, TRA, a-PVP, MCAT) Характеристики и описание Тип PH в моче Экспресс тест для определения наркотиков в моче 8 видов Тест-полоски для одновременного определения (Амфетамин (AMP), кокаин (COC), метадона (MET), опиатов (MOP), Марихуана (THC), трамадола (TRA), АПирролидинопентиофенóн (a-PVP), Меткатинон (MCAT), предназначена для определения факта употребления человеком наркотических веществ. Тест-кассета изготовлена из пластика и содержит набор тест-полосок для определения наркотических веществ комплектуемых производителем. Характеристики: • Анализируемый образец: по моче. • Достоверность: 99,99%. • Срок годности 2 года. • Тест следует проводить при комнатной температуре (18ºC − 30ºC). • Назначение: Набор тестполосок для одновременного выявления амфетамина, марихуаны, морфина/героина, кокаина, метамфетамина, барбитуратов, бензодиазепина, фенциклидина, метадона и экстази(мдма). Чувствительность: • амфетамина — 1000 нг/мл • марихуаны-50 нг/мл • метадона -300 нг/мл • кокаина — 300 нг/мл • опиатов — 500 нг/мл • трамадола-300 нг/мл • Меткатинон -300 нг/мл • АПирролидинопентиофенóн -25 нг/мл. Комбинированный тест на наркотики, для быстрого одновременного выявления: Амфетамин (AMP), кокаин (COC), метадона (MET), опиатов (MOP), Марихуана (THC), трамадола (TRA), А-Пирролидинопентиофенóн (a-PVP), Меткатинон (MCAT). Сбор и подготовка образца. Собрать образец мочи в специальный стаканчик. Образцы мочи можно охладить до 2-8°C и хранить до 48 часов. Для более длительного хранения заморозить образцы (− 20°C или ниже). Перед тестированием следует заранее вынуть охлажденные или замороженные образцы, чтобы они приняли комнатную температуру. Для тестирования использовать только прозрачные образцы мочи. Способ использования: 1. Вскрыть запаянный пакет, потянув за надрезанный край. 2. Достать тест из пакета. 3. Погрузить абсорбирующий конец в образец мочи приблизительно на 10 секунд. 4. Следует удостовериться, чтобы уровень мочи не оказался выше отметки “MAX”, нанесенной на лицевую сторону теста. 5. Положите тест плоской стороной на чистую, сухую, негигроскопичную поверхность. 6. На 5-й минуте зафиксируйте результат. 7. Не считывайте результат по истечении 10 минут. Согласование технической спецификации со специалистом перед поставкой товара.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000599-1
Наименование закупки:	Набор полосок для выявления 8 наркотических соединений в мочи (AMP, COC, MET, MOP, THC,TRA, a-PVP, MCAT)
Номер лота:	№ 88768260-ЗЦП1
Наименование лота:	Тест-полоски
Описание лота:	для определения содержания наркотических веществ в моче
Дополнительное описание лота:	Набор полосок для выявления 8 наркотических соединений в мочи (AMP, COC, MET,MOP,THC,TRA,a-PVP,MCAT)
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г. Актау, мкр. 29, ж/м 2, участок 126
Срок поставки:	со дня подписания договора и в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование заказчика – Филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" Институт судебных экспертиз по Мангистауской области Наркотест на 8 видов наркотиков в моче (AMP, COC, MET, MOP, THC, TRA, a-PVP, MCAT) Характеристики и описание Тип PH в моче Экспресс тест для определения наркотиков в моче 8 видов Тест-полоски для одновременного определения (Амфетамин (AMP), кокаин (COC), метадона (MET), опиатов (MOP), Марихуана (THC), трамадола (TRA), АПирролидинопентиофенóн (a-PVP), Меткатинон (MCAT), предназначена для определения факта употребления человеком наркотических веществ. Тест-кассета изготовлена из пластика и содержит набор тест-полосок для определения наркотических веществ комплектуемых производителем. Характеристики: • Анализируемый образец: по моче. • Достоверность: 99,99%. • Срок годности 2 года. • Тест следует проводить при комнатной температуре (18ºC − 30ºC). • Назначение: Набор тестполосок для одновременного выявления амфетамина, марихуаны, морфина/героина, кокаина, метамфетамина, барбитуратов, бензодиазепина, фенциклидина, метадона и экстази(мдма). Чувствительность: • амфетамина — 1000 нг/мл • марихуаны-50 нг/мл • метадона -300 нг/мл • кокаина — 300 нг/мл • опиатов — 500 нг/мл • трамадола-300 нг/мл • Меткатинон -300 нг/мл • АПирролидинопентиофенóн -25 нг/мл. Комбинированный тест на наркотики, для быстрого одновременного выявления: Амфетамин (AMP), кокаин (COC), метадона (MET), опиатов (MOP), Марихуана (THC), трамадола (TRA), А-Пирролидинопентиофенóн (a-PVP), Меткатинон (MCAT). Сбор и подготовка образца. Собрать образец мочи в специальный стаканчик. Образцы мочи можно охладить до 2-8°C и хранить до 48 часов. Для более длительного хранения заморозить образцы (− 20°C или ниже). Перед тестированием следует заранее вынуть охлажденные или замороженные образцы, чтобы они приняли комнатную температуру. Для тестирования использовать только прозрачные образцы мочи. Способ использования: 1. Вскрыть запаянный пакет, потянув за надрезанный край. 2. Достать тест из пакета. 3. Погрузить абсорбирующий конец в образец мочи приблизительно на 10 секунд. 4. Следует удостовериться, чтобы уровень мочи не оказался выше отметки “MAX”, нанесенной на лицевую сторону теста. 5. Положите тест плоской стороной на чистую, сухую, негигроскопичную поверхность. 6. На 5-й минуте зафиксируйте результат. 7. Не считывайте результат по истечении 10 минут. Согласование технической спецификации со специалистом перед поставкой товара.