Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021062-1
Сатып алудың атауы:	Електер жиынтығын және гигрометрді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81639312-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Елек
Лоттың сипаттауы:	зертханалық, тот баспайтын болаттан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жақында тексеруден/калибрлеуден өткен зертханалық елеуіштер жинағы (0,1–5,0 мм).
Саны, көлемі:	26
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Республика 56/1 395420100, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Тобыл қ. Школьная, 43 «а» 591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Жамбыла Жабаева 69, кв.1 111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Жумабаева 163 551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Макатаева, д.17
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Тексеруі және калибрлеуі бар зертханалық елеуіштер жиынтығы (0,1–5,0 мм). Мақсаты: зертханалық жағдайда елеу әдісімен сусымалы материалдардың гранулометриялық талдауын жүргізуге арналған. Әртүрлі ұнтақ тәрізді, түйіршікті және сусымалы материалдардың фракциялық құрамын анықтау үшін пайдаланылады. Бұйым түрі: сусымалы материалдардың гранулометриялық талдауына арналған зертханалық елеуіштер жиынтығы. Жиынтықта қақпақ пен табандық бар. Елеуіштер тот баспайтын болаттан жасалған, ГОСТ / ISO талаптарына сәйкес келеді. Техникалық сипаттамалары: елеуіштердің диаметрі - 300 мм. Материалы: тат баспайтын болат. Елеуіш ұяшықтарының өлшемдері: 0,1 мм; 0,2 мм; 0,5 мм; 1,0 мм; 2,0 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм. Стандарттар: ГОСТ / ISO. Саны: 1 жиынтық. Құрылымы және жиынтық құрамы: Жиынтыққа ұяшық өлшемдері 0,1 мм; 0,2 мм; 0,5 мм; 1,0 мм; 2,0 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм болатын елеуіштер, қақпақ және табандық кіреді. Ерекшеліктері: сусымалы материалдарды бөлшек өлшемдері бойынша дәл бөлуді қамтамасыз етеді. Тозуға және коррозияға төзімді. Зертханалық жағдайда көп рет пайдалануға жарамды. Елеуіш Қазақстан Республикасында танылатын қолданыстағы салыстырып тексерумен жеткізілуі тиіс. Жеткізу кезінде тексеру сертификатын ұсыну қажет. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021062-1
Наименование закупки:	Приобретение комплектов сит, гигрометра КЛ
Номер лота:	№ 81639312-ЗЦП1
Наименование лота:	Сито
Описание лота:	лабораторное, из нержавеющей стали
Дополнительное описание лота:	Набор лабораторных сит (0,1–5,0 мм) со свежей поверкой калибровкой.
Количество:	26
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Республика 56/1 395420100, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл Школьная, 43 «а» 591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Жамбыла Жабаева 69, кв.1 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Жумабаева 163 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Макатаева, д.17
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Набор лабораторных сит (0,1–5,0 мм) со свежей поверкой калибровкой. Назначение Предназначен для проведения гранулометрического анализа сыпучих материалов методом рассева в лабораторных условиях. Используется для определения фракционного состава различных порошкообразных, зернистых и сыпучих материалов. Тип изделия: Набор лабораторных сит Для гранулометрического анализа сыпучих материалов В комплекте с крышкой и поддоном Сита из нержавеющей стали Соответствующие требованиям ГОСТ / ISO. Технические характеристики: Диаметр сит: 300 мм Материал: нержавеющая сталь Размер ячеек сит: 0,1 мм; 0,2 мм; 0,5 мм; 1,0 мм; 2,0 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм Стандарты: ГОСТ / ISO Количество: 1 комплект Конструкция и комплектация: Комплект включает: сито с размером ячеек 0,1 мм, 0,2 мм, 0,5 мм, 1,0 мм, 2,0 мм, 3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм– крышка, поддон. Особенности Обеспечивает точное разделение сыпучих материалов по размеру частиц Устойчив к износу и коррозии Подходит для многократного использования в лабораторных условиях. Сито должна поставляться с действующей поверкой, признаваемой в Республике Казахстан. При поставке необходимо предоставить действующий сертификат о поверке, Товар должен быть новым, ранее не использованным