

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779774-1
Сатып алудың атауы:	Ауа стерилизаторын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82088191-3ЦП1
Лоттың атауы:	Стерилизатор
Лоттың сипаттауы:	әуе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауа стерилизаторы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Қизатов көшесі 1
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күнге келісімшартқа отырғаннан кейін тауарларды жеткізу.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауа стерилизаторы (салқындатқышпен). Мақсаты: Аспаптарды, шыны ыдыстарды, зертханалық жабдықтар мен материалдарды стерилизациялау, зарарсыздандыру және кептіру үшін. Қолданылуы: денсаулық сақтау мекемелерінде, қан құю орталықтарында, стоматологиялық клиникаларда, дәріханаларда, сұлулық салондарында, шаштараздарда, химиялық және тамақ өнеркәсібі зертханаларында және басқа да салаларда, сондай-ақ тұрмыстық және коммуналдық зертханаларда. Ауа стерилизаторлары мыналарды қамтамасыз етеді: мәжбүрлі ауа айналымына байланысты жұмыс камерасында температураның біркелкі таралуы; температураны орнату және реттеу; белгіленген уақыт аралықтарын автоматты түрде кері санау және көрсету; жұмыс камерасында температураны автоматты түрде басқару; жұмыс бағдарламасын белгіленген уақытта автоматты түрде іске қосу (Түнгі режим); қыздыру жылдамдығын орнату: 2°C/мин, 5°C/мин, 7°C/мин; мәжбүрлі ауа айналымына байланысты жұмыс камерасын тез салқындату; ток және белгіленген температураның сандық дисплейі. Бұл стерилизаторлардың ерекшеліктері: Минималды қыздыру уақыты; Аз энергия тұтыну; Жеңіл салмақ; Дыбыстық және көрнекі температура дабылы; Оңай пайдалану; Жоғары сенімділік; Қызып кетуден қорғау; Эргономикалық дизайн. Құрамында: Еденге арналған тіреуіш (міндетті емес). Камера көлемі: 80 литр. Стерилизатор бағдарламалары: Стерилизация I: Температура 180°C, уақыты 60 минут. Стерилизация II: Температура 160°C, уақыты 150 минут. Дезинфекция: Температура 120°C, уақыты 45 минут. Қосымша режим (кептіру): Температура 50-200°C, уақыты 1-999 минут. Стерилизация (дезинфекция) температурасының жүктелген стерилизация камерасындағы номиналды температурадан максималды ауытқуы, °C, ±3. Ұстап тұру уақытының максималды төзімділігі, мин: +5. 180°C дейін қыздыру уақыты, мин: артық емес - жүктелген стерилизатор: 55 - жүктелмеген стерилизатор: 25. Стерильдеу камерасының есіктерін қолмен ашу және жабу үшін қажетті күш, Н, 150-ден артық емес. Стерилизатордың үздіксіз жұмыс істеу уақыты, сағ: 16-дан артық емес. Қуат тұтынуы, кВт: 2,4-тен артық емес. Жұмыс камерасының өлшемдері (ені × тереңдігі × биіктігі) 510 × 340 × 460 мм-ден кем емес. Гаммалық өлшемдері (ені × тереңдігі × биіктігі) 826 × 612 × 590 мм-ден артық емес. Салмағы, кг, артық емес: - қаптамасыз: 52, - қаптамамен: 67.

Сөрелер саны: 2 (қосымша - сұраныс бойынша).
Реттелген дыбыс қуаты деңгейі, дБА, 67-ден артық емес.
Қуат көзі (кернеу / жиілік):
220±10% В, 50 Гц. Қуат сымының ұзындығы, м: 2±0.2.
Келесі жағдайларда апаттық өшіру: - температура, °С; 205...235-тен асып кетсе.

- температураның белгіленген температурадан ауытқуы, °С ±3.

Жұмыс жағдайлары:

- қоршаған орта температурасы, °С +10 ... +35.

- салыстырмалы ылғалдылық, % 80.

- атмосфералық қысым, кПа / мм сын. бағ. 84 ... 107 / 630 ... 800. Құжаттама:
ОВК сертификаты. Сапа қауіпсіздігін бағалау.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779774-1
Наименование закупки:	Приобретение Стерилизатора воздушного
Номер лота:	№ 82088191-ЗЦП1
Наименование лота:	Стерилизатор
Описание лота:	воздушный
Дополнительное описание лота:	Стерилизатор воздушный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Кизатова, 1
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стерилизатор воздушный (с охлаждением). Назначение: для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей, материалов. Применение: в лечебно-профилактических учреждениях, станциях переливания крови, стоматологических клиниках, аптеках, косметологических кабинетах, парикмахерских, лабораториях химической промышленности, пищевой, в других отраслях промышленности, бытовых учреждениях, лабораториях предприятий коммунальной сферы. Стерилизаторы воздушные обеспечивают: равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха; установку и регулирование температуры режима; автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов; автоматический контроль температуры в рабочей камере; автоматический запуск рабочей программы в заданное время (Ночной режим); задание скорости нагрева 2° С/мин., 5° С/мин., 7° С/мин; быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха; цифровую индикацию текущей и заданной температуры. Стерилизаторы обладают: минимальным временем выхода на рабочий режим; малым энергопотреблением; малым весом; звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры; простотой в эксплуатации; высокой надёжностью в работе; защитой от перегрева; эргономичностью. Комплектация: Напольная подставка (опция). Объём камеры, л 80. Программы работы стерилизатора: Стерилизация I: температура 180 , °С время, мин 60. Стерилизация II: температура, °С 160, время, мин 150. Дезинфекция: температура, °С 120, время, мин 45. Доп. режим (сушка): температура, °С 50...200, время, мин 1...999. Предельные отклонения температуры стерилизации (дезинфекции) от номинальных значений температур в загруженной стерилизационной камере, °С ±3. Предельное отклонение времени выдержки, мин, не более +5. Время нагрева до температуры 180 °С, мин, не более - загруженного стерилизатора; 55, - незагруженного стерилизатора 25. Усилие, необходимое для ручного открывания и закрывания дверей стерилизационной камеры, Н, не более 150. Время непрерывной работы стерилизатора, ч, не более 16. Потребляемая мощность, кВт, не более 2,4. Размеры рабочей камеры (ширина × глубина × высота), мм, не менее 510 ×

340 × 460.
Габаритные размеры (ширина × глубина × высота), мм, не более 826 × 612 × 590.
Масса, кг, не более: - без упаковки 52, - в упаковке 67.

Количество полок, шт. 2 (дополнительно - по заказу).
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 67.
Питание (напряжение / частота)
220±10% В, 50 Гц. Длина шнура питания, м 2±0,2.
Аварийное отключение при: - превышении температуры, °С; 205...235.

- отклонении температуры от заданной, °С ±3.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С +10 ... +35.

- относительная влажность, % 80.

- атмосферное давление, кПа / мм рт.ст. 84 ... 107 / 630 ... 800. Документация:
Сертификат ОБК. Оценка безопасности качества.