Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998481-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық шартқа сәйкес тауар
Лоттың нөмірі:	№ 88732058-ОИ2
Лоттың атауы:	Ванна
Лоттың сипаттауы:	ультрадыбыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ультрадыбыстық ванна
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Үлжан-1 ықшам ауданы, Қадырғали Жалайыри көшесі, 34 үй
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы сипаттамасы • Құрылғының атауы: Ультрадыбыстық жуу құрылғысы. • Мақсаты: Медициналық, стоматологиялық және зертханалық құрал-саймандарды ультрадыбыстық әдіспен тазалауға арналған. • Жабдықтың түрі: Ультрадыбыстық тазалау ваннасы. • Жұмыс істеу принципі: Ультрадыбыстық кавитация. 2. Техникалық сипаттамалары 1. Номиналды қоректендіру кернеуі: 220–240 В (айнымалы ток). 2. Электр желісінің жиілігі: 50/60 Гц. 3. Тұтынылатын қуаты: 170 Вт-тан аспауы тиіс. 4. Ультрадыбыстық жұмыс жиілігі: 42 000 Гц (42 кГц). 5. Резервуардың көлемі: кемінде 2500 мл. 6. Сұйықтықтың ең жоғары жұмыс көлемі: 2100 мл. 7. Сұйықтықтың ең төменгі көлемі: 600 мл. 8. Резервуар материалы: тот баспайтын болат. 9. Корпус материалы: ABS соққыға төзімді пластик немесе баламасы. 10. Резервуар өлшемі: 264 × 164 × 80 мм. 11. Сандық таймердің болуы міндетті. 12. Таймердің алдын ала орнатылған жұмыс режимдерінің саны: кемінде 5. 13. Жұмыс уақытының режимдері: 90, 180, 280, 380, 480 секунд. 14. Қаптамасының габариттік өлшемдері: 340 × 255 × 225 мм-ден аспауы тиіс. 15. Таза салмағы: 2,5 кг-нан аспауы тиіс. 16. Жалпы салмағы: 3,0 кг-нан аспауы тиіс. 3. Жеткізу жиынтығына қойылатын талаптар • Ультрадыбыстық жуу құрылғысы – 1 дана. • Резервуар қақпағы – 1 дана (құрылымында болған жағдайда). • Электр қуатына қосу кабелі – 1 дана. • Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (қазақ немесе орыс тілінде) – 1 дана. 4. Сапасына және жеткізілуіне қойылатын талаптар • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. • Механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы тиіс. • Жабдық техникалық талаптарға және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Жеткізу кезінде бұйымның паспорты және сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. • Кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. • Тауар зауыттық қаптамасында жеткізілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998481-1
Наименование закупки:	Товар согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88732058-ОИ2
Наименование лота:	Ванна
Описание лота:	ультразвуковая
Дополнительное описание лота:	ультразвуковая мойка
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Микрорайон Улжан-1, улица Кадыргали Жалайыри, дом 34
Срок поставки:	с момента подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие характеристики • Наименование: Ультразвуковая мойка. • Назначение: Для ультразвуковой очистки медицинских, стоматологических и лабораторных инструментов и изделий. • Тип оборудования: Ультразвуковая очистительная ванна. • Принцип работы: Ультразвуковая кавитация. 2. Технические характеристики 1. Номинальное напряжение питания: 220–240 В переменного тока. 2. Частота питающей сети: 50/60 Гц. 3. Потребляемая мощность: не более 170 Вт. 4. Рабочая ультразвуковая частота: 42 000 Гц (42 кГц). 5. Объём резервуара: не менее 2500 мл. 6. Максимальный рабочий объём жидкости: 2100 мл. 7. Минимальный объём жидкости: 600 мл. 8. Материал резервуара: нержавеющая сталь SUS304 или эквивалент. 9. Материал корпуса: ударопрочный пластик ABS или эквивалент. 10. Размер резервуара: 264 × 164 × 80 мм. 11. Наличие цифрового таймера: обязательно. 12. Количество предустановленных режимов таймера: не менее 5. 13. Временные режимы работы: 90, 180, 280, 380, 480 секунд. 14. Габаритные размеры упаковки: не более 340 × 255 × 225 мм. 15. Вес нетто: не более 2,5 кг. 16. Вес брутто: не более 3,0 кг. 3. Требования к комплектации • Ультразвуковая мойка — 1 шт. • Крышка для резервуара — 1 шт. (при наличии в конструкции). • Кабель электропитания — 1 шт. • Инструкция по эксплуатации на русском или казахском языке — 1 шт. 4. Требования к качеству и поставке • Товар должен быть новым, ранее не использованным. • Не допускается наличие механических повреждений и дефектов. • Оборудование должно соответствовать техническим требованиям и требованиям электробезопасности. • При поставке предоставить паспорт изделия и документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям. • Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки. • Поставка осуществляется в заводской упаковке.