

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17781730-1
Сатып алудың атауы:	Жылу есептегіш Взлет ТСРВ, техникалық сипаттамаға сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 80582947-3ЦП1
Лоттың атауы:	Есептегіш
Лоттың сипаттауы:	сұйықтық шығысының есептегіші үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылу есептегіш Взлет ТСРВ-024М, техникалық сипаттамаға сәйкес.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный қаласы, 111500, "Рудный жылу желілері" ЖШС, 40 лет Октября көшесі, 2/2 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 38-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, негізгі (орнатылған) жабдықты толықтыру, жаңғырту және қосымша жабдықтау мақсатында «Взлет ТСРВ-024М» жылу есептегішін сатып алу жүзеге асырылады. Функционалдық мүмкіндіктері: • жылу энергиясының мөлшерін есептеу және мәндерін мұрағаттарда сақтау; • құрамында 4 құбырға дейін болатын 3 тәуелсіз жылу жүйесінде жылу энергиясын есепке алу; • әрбір жылу жүйесінде 32 штаттан тыс жағдайға автоматты әрекет ету параметрлерін орнату; • барлық ағымдағы өлшеу нәтижелері мен мұрағаттық деректерді аспап дисплейінде көрсету; • жылу жүйесінде тіркелген штаттан тыс жағдайларды аспап индикаторында көрсету; • пайдаланушы әрекеттерін, штаттан тыс жағдайларды, істен шығуларды және жұмыс режимдерін журналдарда тіркеу. Айрықша ерекшеліктері: • сигналдың кері айналуын (реверсін) анықтауға арналған кірістің болуы; • жадында өлшеу жүйелерінің және есептеу алгоритмдерінің ең жиі қолданылатын 10 типтік сызбасының болуы; • орнату параметрлері базасының бақылау сомасының және аспаптың баптау деректер базасының бақылау сомасының болуы; • шығын өлшегіштер мен қысым датчиктерін жылу есептегіш арқылы қоректендіру; • байланыс кабельдерін ажыратпай-ақ, тексеру жұмыстарын жүргізу үшін аспапты бөлшектеп алу мүмкіндігі; • рұқсатсыз қол жеткізуден қорғаудың көпдеңгейлі жүйесінің болуы; • жылу есептегішті жылдам әрі оңай баптауға мүмкіндік беретін «База конфигураторы» бағдарламасының болуы. «Взлет ТСРВ-024М» жылу есептегішіне жаңа, жарамды, зауыттық қаптамасында болуы тиіс. Бұрын қалпына келтірілген (жөнделген) аспапты жеткізуге жол берілмейді. Аспап зауытта 2026 жылы тексеруден (салыстырып тексеруден) өтуі тиіс. Барлық зауыттық таңбалары бүтін және зақымданбаған болуы қажет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17781730-1
Наименование закупки:	Тепловычислитель Взлет ТСРВ, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 80582947-3ЦП1
Наименование лота:	Вычислитель
Описание лота:	для счетчика расхода жидкости
Дополнительное описание лота:	Тепловычислитель Взлет ТСРВ-024М, согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный г. Рудный, 111500, ТОО "Рудненские тепловые сети", ул.40 лет Октября, строение2/2
Срок поставки:	15 календарных дней с момента получения заявки от заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	На основании п.п.1 п. 2 ст. 38 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» «для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, производится закуп тепловычислителя Взлет ТСРВ-024М. Функциональные возможности: • вычисление количества тепловой энергии и сохранение значений в архивах; • учет тепловой энергии в 3-х независимых теплосистемах, содержащих до 4-х трубопроводов; • задание автоматической реакции на 32 нештатных ситуации в каждой теплосистеме; • отображение всех текущих результатов измерений и архивных данных на дисплее прибора; • отображение зафиксированных нештатных состояний теплосистемы на индикаторе прибора; • регистрация в журналах действий пользователя, нештатных ситуаций, отказов и режимов работы. Отличительные особенности • наличие входа сигнала автореверса; • наличие в памяти 10-ти наиболее часто применяемых типовых схем измерительных систем и алгоритмов расчета; • наличие контрольной суммы базы установочных параметров и контрольной суммы настроечной базы данных прибора; • питание расходомеров и датчиков давления от тепловычислителя; • демонтаж прибора для проведения поверки без отключения кабелей связи; • наличие многоуровневой системы защиты от несанкционированного доступа; • наличие программы «Конфигуратор базы», позволяющей быстро и просто настроить тепловычислитель. Тепловычислитель Взлет ТСРВ-024М должен быть новым, исправным, в заводской упаковке, не восстановленным, поверка прибора на заводе 2026й год, все заводские клеймо должны быть целыми, без повреждений.