

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Көп бейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Көп бейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17760462-1
Конкурстың атауы:	Эндоскопты жөндеу жұмыстары(техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 87937671-OK2
Лоттың атауы	Медициналық жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331312.100.000000
Жұмыстың атауы:	Медициналық жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	754000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	754000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	2026 жылдың соңына дейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Эндоскопты жөндеу жұмыстары (бейне гастроскоп моделі EG - 720R, сериялық нөмірі-7g412k248) EP-6000 эндоскопиялық бейне ақпараттық жүйесінің құрамынан, өндірілген: Fujifilm Corporation, Жапония. Жөндеу құны мыналарды қамтуы керек: кешенді диагностика жүргізу, герметикалық ақауларды жою және бейне гастроскоптың иілу бөлігінің толық функционалдығын қалпына келтіру. Орындаушы келесі жұмыстар кешенін орындауға міндеттенеді: Алдын ала тексеру: Корпусты, түтікті, иілгіш және дистальды бөліктерді механикалық зақымдануларға, терең сызаттарға, жарықтарға немесе чиптерге сыртқы тексеру. Линзалар мен жарық өткізгіштердің күйін визуалды бақылау. Диагностика және тығыздау сынағы: Герметизация орындарын дәл оқшаулау үшін міндетті герметикалыққа тест жүргізу (құрғақ және дымқыл әдіспен). Ішкі арналардың, басқару тартқыш жүйелерінің және оптикалық-талшықты элементтердің жай-күйін тексеру. Талдауға дейін барлық функциялардың жұмысын толық тексеру. Компоненттерді қалпына келтіру және ауыстыру: Бүгілетін бөліктің зақымдалған жабынын бөлшектеу. Бейне гастроскоптың иілу бөлігінің резеңкесін жаңасына ауыстыру. Су мен ауаны беру функциясын қалпына келтіру. Дистальды ұштың иілу бұрыштарын зауыттық стандарттарға сәйкес барлық бағытта тексеру және реттеу. Жөндеу процесінде ауыстырылатын барлық бейне гастроскоп бөлшектері, сондай-ақ олардың құны шарттың жалпы құнына кіреді. Барлық жеткізілетін және Орнатылатын бөлшектер түпнұсқа болуы керек немесе өндіруші eg-720R моделіне орнату үшін ресми түрде мақұлдаған зауыттық баламасы болуы керек. бөлшектер мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жөнделмеген (зауыттық өнімділікті қалпына келтіруді қоса алғанда), түпнұсқа зауыттық қаптамада жеткізілуі және қолда барға толық сәйкес келуі керек. Тапсырыс берушінің бейнегастроскоппен. Жөндеуден кейінгі бақылау: Жұмыс аяқталғаннан кейін жиналғаннан кейін герметикалыққа тест жүргізіледі. Визуализация сапасын тексеру: CMOS матрицасының жұмысын кескіннің түсі мен айқындылығының бұрмаланбауын тексеру. Тапсырыс берушінің EP-6000 үйлесімді бейне процессорында мамандандырылған бейнелеу режимдерінде (BLI, LCI) гастроскоптың дұрыстығын тексеру. Жөндеу жүргізу үшін жабдықты тапсырыс берушінің аумағынан тыс жерге (ҚР аумағындағы Орындаушының сервистік орталығына) тасымалдаудың технологиялық қажеттілігі жағдайында барлық ілеспе шығыстар, тиеу-түсіру жұмыстары және тасымалдау күшпен және жеткізушінің есебінен қабылдау-беру актілерінің негізінде жүзеге асырылады. Жабдықтың бүліну және жоғалу тәуекелдерін болдырмау мақсатында барлық жұмыстар (диагностиканы, дефектацияны және жөндеуді қоса алғанда) тек қана Қазақстан Республикасының аумағында жүргізілуге тиіс. Жабдықты Қазақстан Республикасынан тыс жерге әкетуге жол берілмейді. Жөндеуден қайтарған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге оның толық жұмыс қабілеттілігін, герметикалығын және Тапсырыс берушінің бейне жүйесінде визуализация сапасын көрсетуге міндетті. Жөндеу жұмыстарын орындағаннан кейін жеткізуші орындалған жұмыстар актісін, ақаулы
--	---

	актіні (ауыстырылған бөлшектерді санаумен) және кепілдік талонын ұсынады. Жөндеуге байланысты барлық шығындар орындалатын жұмыстың жалпы құнына толығымен кіреді.Бейнегастроскопқа сервистік қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары "Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы"ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығына сәйкес жүргізіледі
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Б. талаптарына сәйкес. "Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығының 4-бабында 2а, 2б және 3 Қауіпсіздік сыныптарындағы медициналық техникаға сервистік қызмет көрсетуді медициналық техниканы өндірушінің сервистік қызметтері немесе медициналық техниканы өндірушіден медициналық техниканы өткізу құқығына Құжаттамалық растамасы бар сервистік қызметтер жүзеге асырады сервистік қызмет көрсету және жөндеу, сондай-ақ сервистік жұмыстарды жүзеге асыру кезінде Орындаушы құжаттардың мынадай тізбесін ұсынуы тиіс: ГОСТ ISO 9001 немесе ГОСТ ISO 13485 сәйкес қолданыстағы сапа менеджменті жүйесінің болуы туралы сертификат; дайындаушының (өндірушінің) қолданыстағы техникалық және пайдалану құжаттамасы.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
Наименование организатора	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
№ конкурса:	№ 17760462-1
Наименование конкурса:	Работы по ремонту эндоскопа(согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 87937671-OK2
Наименование лота:	Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331312.100.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	754000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	754000
Срок выполнения работы:	До конца 2026 года по заявке Заказчика
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Работы по ремонту эндоскопа (видеогастроскоп модель EG-720R, серийный номер- 7G412K248) из состава Эндоскопической видеоинформационной системы EP-6000, производства: FujiFilm Corporation, Япония. В стоимость ремонта должно входить: Проведение комплексной диагностики, устранение дефектов герметичности и восстановление полной функциональности изгибаемой части видеогастроскопа. Исполнитель обязуется выполнить следующий комплекс работ: Предварительный осмотр: Внешний осмотр корпуса, тубуса, изгибаемой и дистальной частей на наличие механических повреждений, глубоких царапин, трещин или сколов. Визуальный контроль состояния линз объектива и световодов. Диагностика и тест на герметичность: Проведение обязательного теста на герметичность (сухим и влажным методом) для точной локализации мест разгерметизации. Проверка состояния внутренних каналов, систем тяг управления и оптико-волоконных элементов. Полная проверка работоспособности всех функций до разбора. Восстановительный ремонт и замена компонентов: Демонтаж поврежденного покрытия изгибаемой части. Замена резины изгибаемой части видеогастроскопа на новую. Восстановление функции подачи воды и воздуха. Проверка и регулировка углов изгиба дистального конца во всех направлениях согласно заводским стандартам. Все заменяемые в процессе ремонта детали видеогастроскопа, а также их стоимость, входят в общую стоимость договора. Все поставляемые и устанавливаемые детали должны быть оригинальными или являться заводским эквивалентом, официально одобренным производителем для установки в модель EG-720R. Детали должны быть абсолютно новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не прошедшими ремонт (включая восстановление заводских характеристик), поставляться в оригинальной заводской упаковке и быть полностью совместимыми с имеющимся у Заказчика видеогастроскопом. Контроль после ремонта: После окончания работ проводится тест на герметичность после сборки. Тестирование качества визуализации: проверка работы CMOSматрицы на отсутствие искажений цвета и четкости изображения. Проверка корректности работы гастроскопа в специализированных режимах визуализации (BLI, LCI) на совместимом видеопроцессоре EP-6000 Заказчика. В случае технологической необходимости транспортировки оборудования для проведения ремонта за пределы территории Заказчика (в сервисный центр Исполнителя на территории РК), все сопутствующие расходы, погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка осуществляются силами и за счет Поставщика на основании актов приема-передачи. В целях исключения рисков порчи и утраты оборудования, все работы (включая диагностику, дефектацию и ремонт) должны производиться исключительно на территории Республики Казахстан. Вывоз оборудования за пределы Республики Казахстан не допускается. При возврате из ремонта Поставщик обязан продемонстрировать Заказчику его полную работоспособность, герметичность и качество визуализации на видеосистеме Заказчика. После выполнения работ по ремонту Поставщик предоставляет
---	---

	акт выполненных работ, дефектный акт (с перечислением замененных деталей) и гарантийный талон. Все расходы связанные с ремонтом полностью включены в общую стоимость выполняемых работ. Работы по сервисному обслуживанию и ремонту видеогастроскопа проводятся в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан».
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	В соответствии с требованиями п. 4 Приказа Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан», сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинской техники или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания и ремонта, а также при осуществлении сервисных работ Исполнитель должен предоставить следующий перечень документов: сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485; действующую техническую и эксплуатационную документацию изготовителя (производителя).