

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772348-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар сатып алу, техникалық сипаттамасына назар аударыңыз
Лоттың нөмірі:	№ 88224734-3ЦП1
Лоттың атауы:	Түтікше
Лоттың сипаттауы:	вакуумдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	// Вакуумная пробирка пластмассовая 13*100 с гелем и активатором свертывания: объемом 5мл (крышка желтого цвета)
Саны, көлемі:	50000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Зертханалық зерттеулерге арналған қан алу жүйесі. Гель және ұю активаторы бар 13*100 пластикалық вакуумдық түтік: көлемі 5мл (сары түсті қақпақ), вакуумдық жүйенің басқа компоненттерімен (Chengdu Rich Science Industry Co компаниясының инелерімен және ұстағыштарымен) үйлесімді болуы тиіс., Ltd./ Қытай) медициналық персоналдың қауіпсіздігі мен қауіпсіздігін дәл тексеру үшін. СТ РК 2679-2015 Веналық қанды жинау және сақтауға арналған бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер: техникалық сипаттамалары"

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772348-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских изделий, обратите внимание на техническую спецификацию
Номер лота:	№ 88224734-3ЦП1
Наименование лота:	Пробирка
Описание лота:	вакуумная
Дополнительное описание лота:	// Вакуумная пробирка пластмассовая 13*100 с гелем и активатором свертывания: объемом 5мл (крышка желтого цвета)
Количество:	50000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Система забора крови для лабораторных анализов в комплекте. Вакуумная пробирка пластмассовая 13*100 с гелем и активатором свертывания: объемом 5мл (крышка желтого цвета), должна быть совместима с другими компонентами вакуумной системы (с иглами и держателями компании Chengdu Rich Science Industry Co., Ltd./Китай) для точного результата анализов и безопасности медицинского персонала. СТ РК 2679-2015 Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови технические условия"