

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799525-1
Сатып алудың атауы:	Ысыту тақтасы зертханалық
Лоттың нөмірі:	№ 82437502-3ЦП5
Лоттың атауы:	Ысыту тақтасы
Лоттың сипаттауы:	стақандарды, колбаларды және басқа нысандарды тез әрі біркелкі ысыту үшін, зертханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ысыту тақтасы зертханалық, Шымкент қ.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Мұхаммед Хайдар Дулати көшесі, 3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жабдық түрі: жоғары дәлдіктегі кәсіби зертханалық жылыту тақтасы. Мақсаты:жабдық температураның жоғары тұрақтылығымен және жылудың бүкіл жұмыс бетіне біркелкі таралуымен ұзақ зертханалық жылыту процестерін жүргізуге арналған. Корпустың жұмыс бетінің материалы: SUS304, SUS201 маркалы тот баспайтын болат немесе коррозияғ атөзімділігі жағынан ұқсас. Жұмысбетініңөлшемі: 400 × 600 мм Жұмыс бетінің қалыңдығы: кемінде 5 мм; Жылыту бетінің дизайны: интеграцияланғанжылытуэлементі бар қатты металл плита Температура диапазоны: қоршаған орта температурасынан кем дегенде 400 °С дейін; Температураны ұстап тұру тұрақтылығы: ±1 °С-танжаманемес; Жұмыс бетіндегі температураның біркелкілігі: ±3 °С-танжаманемес; Температураны реттеу түрі: Микропроцессорлық PID контроллері; Температураны калибрлеу: сыртқы анықтамалық термометр бойынша реттелетін калибрлеу мүмкіндігі; Көрсеткіш: берілген және нақты температураны көрсететін сандық дисплей; Температураны орнату қадамы: 1°С немесеодан аз; Қуаты: кем дегенде 3000 Вт; Максималды жүктеме: кем дегенде 25 кг; Үздіксіз жұмыс уақыты: кем дегенде 24 сағат; Қорғау: автоматты түрде ажыратылатын тәуелсіз қызып кетуден қорғау; Корпус: зертханалық орындалған металл корпус; ҚуатКөзі: 220-240 В, 50 Гц; Стандарттарғасәйкестік: CE, RoHS немесе баламасы; Салмағы: 30 кг-нанаспайды. Жеткізуші жеткізу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ұсынуы керек; паспорт немесе тауардың сапасын растайтын құжат (сертификат, қорытынды немесе сапа туралы куәлік).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799525-1
Наименование закупки:	Плита нагревательная лабораторная
Номер лота:	№ 82437502-ЗЦП5
Наименование лота:	Плита нагревательная
Описание лота:	для быстрого и равномерного нагрева стаканов, колб и других объектов, лабораторная
Дополнительное описание лота:	Плита нагревательная лабораторная, г. Шымкент
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул. Мухаммед Хайдар Дулати, 3
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип оборудования: Профессиональная лабораторная нагревательная плита повышенной точности. Назначение:Оборудование предназначено для проведения длительных лабораторных процессов нагрева с высокой стабильностью температуры и равномерностью распределения тепла по всей рабочей поверхности. Материал рабочей поверхности корпуса: нержавеющая сталь марки SUS304, SUS201 или аналогичная по коррозионной стойкости. Размер рабочей поверхности: 400 ×600 мм Толщина рабочей поверхности: не менее 5 мм; Конструкция нагревательной поверхности: Цельная металлическая плита с интегрированным нагревательным элементом Температурный диапазон:От температуры окружающей среды до не менее 400 °С; Стабильность поддержания температуры: Не хуже ± 1 °С; Равномерность температуры по рабочей поверхности:Не хуже ± 3 °С; Тип регулирования температуры:Микропроцессорный PID-контроллер; Калибровка температуры: Возможность пользовательской калибровки по внешнему эталонному термометру; Индикация: Цифровой дисплей с отображением заданной и фактической температуры; Шаг установки температуры: 1°С или меньше; Мощность: Не менее 3000 Вт; Максимальная нагрузка: Не менее 25 кг; Время непрерывной эксплуатации: Не менее 24 часов; Защита: Независимая защита от перегрева с автоматическим отключением; Корпус: Металлический корпус лабораторного исполнения; Электропитание: 220-240 В, 50 Гц; Соответствие стандартам: CE, RoHS или эквивалент; Масса: не более 30 кг. Поставщик должен при поставке предоставить руководство по эксплуатации; паспорт или документ подтверждающий качество товара (сертификат, заключение или удостоверение о качестве).