

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789303-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение стеклянных термометров
Лоттың нөмірі:	№ 88264406-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	ТС-7-М1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТС-7-М1 термометрі, 4-исп (0-ден +100°С-қа дейін)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Красносельская көшесі, 22
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Термометр ТС-7-М1 исп.4(0 +100)предназначен идля измерения температуры в промышленных технических установкахпри переработке мясомолочной продукции.диапазон измерения температуры от 0 +100 .цена деления шкалы 1 С.пределы допускаемой погрешности не должны превышать +- градуса Термометрическа жидкость-метилкарбитол, Поверка не ранее апреля 2026года.Спредоставлением сертификата о поверке в средствах измерения метрологии РК.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789303-1
Наименование закупки:	Приобретение стеклянных термометров
Номер лота:	№ 88264406-ЗЦП1
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	ТС-7-М1
Дополнительное описание лота:	Термометр ТС -7-М1 исп.4 (0+100 С)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Костанай улица Красносельская 22
Срок поставки:	в течении пятнадцати календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термометр ТС-7-М1 исп.4(0 +100)предназначен идля измерения температуры в промышленных технических установкахпри переработке мясомолочной продукции.диапазон измерения температуры от 0 +100 .цена деления шкалы 1 С.пределы допускаемой погрешности не должны превышать +- градуса Термометрическа жидкость-метилкарбитол, Поверка не ранее апреля 2026года.Спредоставлением сертификата о поверке в средствах измерения метрологии РК.