Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17981206-1
Сатып алудың атауы:	Бөген дәрігерлік амбулаториясын жабдықтармен қаматасыз ету
Лоттың нөмірі:	№ 88623208-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кушетка
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кушетка медицинский, металлический
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613630100, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а., Әлжанов көшесі 19
Жеткізу мерзімі:	в течение 15 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық диван. Материал металл, ДСП. Түсі бежевый. Ұзындығы 183 см, ені 68 см. Биіктігі 65 см.реттелетін бас тірегі бар процедуралық Диван. Бас сүйегінің көлбеу бұрышы 0° - дан 35° - қа дейінгі диапазонда сатылы тарақпен орнатылады. Бас бөлімге рұқсат етілген жүктеме-20 кг-ға дейін, диванға — 150 кг — ға дейін.төсектің биіктігі бекітілген-650 мм. қалыңдығы 1,5 мм металл жақтау полиэфир ұнтағымен қапталған. Төсектің негізі қалыңдығы 16 мм ДСП-дан жасалған, жұмсақ бөлігі қалыңдығы 30 мм және тығыздығы 25 кг/м3 көбіктен тұрады, былғарыдан жасалған қаптамасы бар. ГОСТ 19120-93.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17981206-1
Наименование закупки:	Бөген дәрігерлік амбулаториясын жабдықтармен қаматасыз ету
Номер лота:	№ 88623208-ЗЦП1
Наименование лота:	Кушетка
Описание лота:	медицинская
Дополнительное описание лота:	Кушетка медицинский, металлический
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613630100, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, ул Алженова 19
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кушетка медицинская. Материал металл, ДСП. Цвет бежевый. Длина 183 см. Ширина 68 см. Высота 65 см. Кушетка процедурная с регулируемым подголовником. Угол наклона подголовника устанавливается ступенчатой рейкой-гребёнкой в диапазоне от 0° до 35°. Допустимая нагрузка на головную секцию — до 20 кг, на кушетку — до 150 кг. Высота ложа фиксированная — 650 мм. Металлический каркас толщиной 1,5 мм покрыт порошковой полиэфирной краской. Основание ложа изготовлено из ЛДСП толщиной 16 мм. Мягкая часть состоит из поролона толщиной 30 мм и плотностью 25 кг/м³ с обивкой из кожзаменителя. ГОСТ 19120-93.