

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863983-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43653652-ОЛ-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Медициналық тауарларды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Медициналық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі :	82980712
Лоттың атауы :	Жуу машинасы
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық құрал-саймандарды тазалауға және зарарсыздандыруға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Таймер: 1-ден 30 минутқа дейін реттеу. Температура: 20-дан 80°С-қа дейін реттеу. Басқару тақтасы: жұмыс уақыты мен температураны көрсетеді. Материал: резервуар мен корпус тот баспайтын болаттан жасалған. Өнімнің артықшылықтары: тазалау цистернасы штамптау әдісімен жасалған, мінсіз дәнекерленген. Компоненттердің сапасы: жоғары сапалы ультрадыбыстық түрлендіргіштер, жоғары қуат қолданылады. Жоғары сапалы желімдеу процесі. Ультрадыбыстық түрлендіргіштер эпоксидті желімнің көмегімен желімделген. Дренаж жүйесі: 6 литрлік және одан да көп модельдер дренажды шар клапанымен жабдықталған. Салқындату жүйесі: 10 литрлік және одан да көп модельдер жоғары тиімді салқындату желдеткішімен жабдықталған.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 31508-2012 медициналық ультрадыбыстық жуу "ЕЛАМЕД" УЗ-жуу, медициналық бұйымдарды зарарсыздандыру алдындағы тазартуды жүргізу үшін ПП 2 (28л). Негізгі функциялар*: uz SWEEP тазалау Газсыздандыру тазалау ұзақтығы 1-ден 99 минутқа дейін қыздыру t = + 45°С ағызу. Сәйкес келеді Му-287-113 санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды дезинфекциялау бойынша әдістемелік нұсқаулар СанПиН 3.3686-21. Ваннаның максималды көлемі: 28 л Ваннаның пайдалы көлемі: 23,5 л Себеттің ішкі өлшемдері (ДхШхВ): 450х270х125 мм сұйықтықты ағызуға арналған шар клапаны: иә тұтынылатын электр қуаты, Артық емес: 1300 ВА корпусың жалпы өлшемдері (ДхШхВ): 580х350х330 ММ. жуу салмағы, артық емес: 15,5 кг. Жеткізу алдында жеткізуші тауарды алдынала Тапсырыс берушімен нақтылауға міндеттенеді. Сәйкестік сертификат талаптары. Жеткізу, түсіру өнім беруші есебінен
Лоттың нөмірі :	83066352
Лоттың атауы :	Үстел
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айна мен тартпалары бар логопед үстелі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 16371-2014 Айна мен тартпалары бар логопед үстелі. Салмағы, кг: 70 Мәліметтер саны: 20 Материал: ДСП Жиналған түрдегі ӨЛШЕМДЕР (Д х Ш Х В), см: 180х55х133 Қаптамадағы ӨЛШЕМДЕР (Д х Ш Х В), см: 182х57х60 . Жөнелту алдында жеткізуші тауарды жөнелту алдында Тапсырыс берушіден нақтылауға міндеттенеді. Сәйкестік сертификатына қойылатын талаптар. Жеткізу, түсіру жеткізушінің есебінен.

Лоттың нөмірі :	82981432
Лоттың атауы :	Термодәнекерлеу машина
Лоттың сипаттауы:	медициналық және фармацевтикалық мекемелерде зарарсыздандыру қаптамасын тығыздау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стерильді құралдарды зарарсыздандыруға арналған орау аппараты
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Стерильді құралдарды зарарсыздандыруға арналған орау аппараты: қуат кернеуі: *110-220 В* - Жиілігі: * 50/60 Гц* - Номиналды қуаты: *100 Вт* - Тығыздаудың максималды ені: *300 мм* - Дәнекерлеу ені : * 12 мм* - Алдын ала қыздыру уақыты: * 3-5 минут* - Құрылғының өлшемі: * 460 × 358 × 165 мм* - Таза салмағы: * шамамен 7 кг* - Жалпы салмағы: * шамамен 7,5 кг* - Тығыздау температурасы микропроцессормен реттеледі және бақыланады. - Зарарсыздандыру пакеттерімен жұмыс істеуге арналған. ГОСТ ISO 11140-1-2011. Жеткізу алдында жеткізуші тауарды алдынала Тапсырыс берушімен нақтылауға міндеттенеді. Сәйкестік сертификат талаптары. Жеткізу,түсіру өнім беруші есебінен.
Лоттың нөмірі :	83072061
Лоттың атауы :	Ойын кешені
Лоттың сипаттауы:	балалар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Логопедиялық ойыншықтар жиынтығы. Сөйлеуді дамытуға арналған жануарлар фигураларының жиынтығы. Жабайы жануарлар жинағы, үй жануарлары жинағы, саусақ ойыншықтары жинағы-саусақ театры, ойыншықтар жинағы-Жемістер, оқу ойыншықтары жинағы.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 25779-90 логопедиялық ойыншықтар жиынтығы. Сөйлеуді дамытуға арналған жануарлар фигураларының жиынтығы. Жабайы жануарлар жинағы, үй жануарлары жинағы, саусақ ойыншықтары жинағы-саусақ театры, ойыншықтар жинағы-Жемістер, оқу ойыншықтары жинағы. Жеткізілім алдында жеткізуші міндеттенеді тауарды Тапсырыс берушімен алдын-ала нақтылау. Сәйкестік сертификатына қойылатын талаптар. Жеткізу, жеткізушінің есебінен түсіру.
Лоттың нөмірі :	82981394
Лоттың атауы :	Стерилизатор
Лоттың сипаттауы:	құрғақ ыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стерилизатор құрғақ шкаф-құрал-саймандарға арналған шағын шкаф. астота 50-60Mhz 250 W көлік қорабының өлшемдері 40см*24,5 см * 27см. ішкі ыдыстың өлшемдері - 24*11,5*5 (тереңдігі) көлемі 1.8 салмағы 3,8-3,9 кг.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ Р ИСО 20857-2016 стерилизатор құрғақ шкаф-құрал-саймандарға арналған шағын. астота 50-60Mhz 250 W көлік қорабының өлшемдері 40см*24,5 см * 27см. ішкі ыдыстың өлшемдері - 24*11,5*5 (тереңдігі) көлемі 1.8 салмағы 3,8-3,9 кг. жеткізілім алдында жеткізуші міндеттенеді тауарды Тапсырыс берушімен алдын-ала нақтылау. Сәйкестік сертификатына қойылатын талаптар. Жеткізу, жеткізушінің есебінен түсіру.

Лоттың нөмірі :	83072014
Лоттың атауы :	Зонд
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	массаж зондтарының жиынтығы 12 дана. Жинаққа зондтар кіреді: "шанышқы", "сегіздік", "үлкен шаналар", "орташа шаналар", "шағын шаналар", "балта", "Крест", "итергіш", "шымшу", "тартқыш", "Аққу", "сырғанау". Зондтар мыналарға төзімді:- ГОСТ 2874 ағынды ауыз сумен 0,5 ± 0,1 минут ішінде алдын ала шаюдан тұратын зарарсыздандыру алдында тазарту. - 20 ± 10 ° С температурада 76% этил спиртінің ерітіндісіне 15 ± 1 минут жібіту. - 3 ± 1 минут ішінде 76% этил спиртінің ерітіндісінде жуу., дистилденген сумен шаю ГОСТ 6709 0,5 ± 0,1 мин., ылғал толық жоғалғанға дейін 80 ± 5 ° С температурада ыстық ауамен кептіру; - 95 ± 5 ° С температурада құрғақ ыстық ауамен ауамен дезинфекциялау; - 10 ± 1 минут ішінде 100 ± 5 ° С температурада бұмен зарарсыздандыру.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 19126-2007 массаж зондтарының жиынтығы 12 дана. жиынтыққа зондтар кіреді: "шанышқы", "сегіздік", "үлкен шаналар", "орташа шаналар", "шағын шаналар", "балта", "Крестовина", "итергіш", "пинцет", "тартқыш", "Аққу", "Сырғанау". Зондтар мыналарға төзімді:- ГОСТ 2874 ағынды ауыз сумен 0,5 ± 0,1 мин ішінде алдын ала шаюдан тұратын зарарсыздандыру алдында тазарту. - 15 ± 1 мин ішінде 20 ± 10 ° С температурада 76% этил спиртінің ерітіндісіне малынған. - Этил спирті ерітіндісінде 76% 3 ± 1 мин ішінде шаю, дистилденген сумен ГОСТ 6709 0,5 ± 0,1 мин ішінде шаю, ылғал толық жойылғанға дейін 80 ± 5 ° С температурада ыстық ауамен кептіру; - 95 ± 5 ° С температурада құрғақ ыстық ауамен ауамен дезинфекциялау; - ГОСТ 6709 дистилденген сумен шаю 10 ± 5 ° С температурада 10 ± 1 мин. жеткізілім алдында жеткізуші міндеттенеді тауарды Тапсырыс берушімен алдын-ала нақтылау. Сәйкестік сертификатына қойылатын талаптар. Жеткізу, жеткізушінің есебінен түсіру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863983-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских товаров
Номер лота:	№ 43653652-ОЛ-3ЦПЗ
Наименование лота:	Приобретение медицинских товаров
Описание лота:	Приобретение медицинских товаров
Номер пункта плана:	№ 82980712
Наименование пункта плана:	Машина моечная
Описание пункта плана:	для очистки и стерилизации хирургических инструментов
Дополнительное описание пункта плана:	Таймер: регулировка от 1 до 30 минут. Температура: регулировка от 20 до 80°С. Панель управления: отображает время работы и температуру. Материал: бак и корпус выполнены из нержавеющей стали. Преимущества продукта: бак для очистки изготовлен методом штамповки, безупречные сварные швы. Качество компонентов: используются высококачественные ультразвуковые преобразователи, высокая мощность. Высокое качество процесса склеивания. Ультразвуковые преобразователи приклеены с использованием эпоксидного клея. Дренажная система: модели объемом 6 литров и более оснащены дренажным шаровым краном. Система охлаждения: модели объемом 10 литров и более оснащены высокоэффективным вентилятором охлаждения.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Аширова 8
Срок поставки:	с момента подписания договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 31508-2012 Медицинская ультразвуковая мойка УЗ-МОЙКА "ЕЛАМЕД", исп 2 (28л) для проведения предстерилизационной очистки медицинских изделий. Основные функции*: УЗ очистка SWEEP Дегазация Продолжительность очистки от 1 до 99 мин Нагрев до t=+45°С Слив. Соответствует Методическим указаниям по дезинфекции МУ-287-113 Санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 3.3686-21. Максимальный объем ванны: 28 л Полезный объем ванны: 23,5 л Внутренние размеры корзины (ДхШхВ): 450х270х125 мм Шаровой кран для слива жидкости: да Потребляемая электрическая мощность, не более: 1300 ВА Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ): 580х350х330 мм. Масса мойки, не более: 15,5 кг. . Перед отгрузкой поставщик перед отгрузкой товара Обязуется уточнить у заказчика. Требования к сертификату соответствия. Доставка, разгрузка за счет поставщика.
Номер пункта плана:	№ 83066352
Наименование пункта плана:	Стол
Описание пункта плана:	медицинский
Дополнительное описание пункта плана:	Стол логопеда с зеркалом и выдвижными ящиками
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Аширова 8
Срок поставки:	с момента подписания договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 16371-2014Стол логопеда с зеркалом и выдвижными ящиками. Вес, кг: 70 Кол-во деталей: 20 Материал: ЛДСП Размеры в собранном виде (Д х Ш х В), см: 180х55х133 Размеры в упаковке (Д х Ш х В), см: 182х57х60 . Перед отгрузкой поставщик перед отгрузкой товара

	Обязуется уточнить у заказчика. Требования к сертификату соответствия. Доставка, разгрузка за счет поставщика.
Номер пункта плана:	№ 82981432
Наименование пункта плана:	Машина термозапаивающая
Описание пункта плана:	для запечатывания стерилизационной упаковки в медицинских и фармацевтических учреждениях
Дополнительное описание пункта плана:	Упаковочный аппарат для стерилизации стерильных инструментов
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Аширова 8
Срок поставки:	с момента подписания договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Упаковочный аппарат для стерилизации стерильных инструментов: Напряжение питания: *110–220 В* - Частота: *50/60 Гц* - Номинальная мощность: *100 Вт* - Максимальная ширина запайки: *300 мм* - Ширина сварного шва: *12 мм* - Время предварительного нагрева: *3–5 минут* - Размер аппарата: *460 × 358 × 165 мм* - Вес нетто: *около 7 кг* - Вес брутто: *около 7,5 кг* - Температура запайки регулируется и контролируется микропроцессором. - Предназначен для работы со стерилизационными пакетами. ГОСТ ISO 11140-1-2011. Перед поставкой поставщик обязуется предварительно к уточнению товар с Заказчиком. Требования к сертификату соответствия. Доставка, разгрузка за счет поставщика.
Номер пункта плана:	№ 83072061
Наименование пункта плана:	Комплекс игровой
Описание пункта плана:	детский
Дополнительное описание пункта плана:	Логопедические наборы игрушек. Наборы фигурок животных для развития речи. Набор диких животных, Набор домашних животных, Набор игрушек на пальцы-Пальчиковый театр, Набор игрушек - фрукты, Набор развивающих игрушек.
Количество:	5
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Аширова 8
Срок поставки:	с момента подписания договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 25779-90 Логопедические наборы игрушек. Наборы фигурок животных для развития речи. Набор диких животных, Набор домашних животных, Набор игрушек на пальцы-Пальчиковый театр, Набор игрушек - фрукты, Набор развивающих игрушек. Перед поставкой поставщик обязуется предварительно к уточнению товар с Заказчиком. Требования к сертификату соответствия. Доставка, разгрузка за счет поставщика.
Номер пункта плана:	№ 82981394
Наименование пункта плана:	Стерилизатор
Описание пункта плана:	сухожаровый
Дополнительное описание пункта плана:	Стерилизатор сухожаровой шкаф-мини для инструментов. асота 50-60Mhz 250 W Габариты транспортной коробки 40см*24,5см*27см. Габариты внутренней чаши - 24*11,5*5 (глубина) Объем 1.8 Вес 3,8-3,9кг.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Аширова 8
Срок поставки:	с момента подписания договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных,	ГОСТ Р ИСО 20857-2016 Стерилизатор сухожаровой шкаф-мини для инструментов. асота 50-60Mhz 250 W Габариты транспортной коробки

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	40см*24,5см*27см. Габариты внутренней чаши - 24*11,5*5 (глубина) Объем 1.8 Вес 3,8-3,9кг. Перед поставкой поставщик обязуется предварительно к уточнению товар с Заказчиком. Требования к сертификату соответствия. Доставка, разгрузка за счет поставщика.
Номер пункта плана:	№ 83072014
Наименование пункта плана:	Зонд
Описание пункта плана:	медицинский
Дополнительное описание пункта плана:	комплект массажных зондов 12 шт. В комплект входят зонды: «Вилочка», «Восьмерка», «Большие саночки», «Средние саночки», «Малые саночки», «Топорик», «Крестовина», «Толканчик», «Щипчики», «Подтягивающий», «Лебедушка», «Скользящий». Зонды устойчивы к: - пред стерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ 2874 в течение 0,5 ± 0,1 мин. -Замачиванию в растворе спирта этилового 76% при температуре 20 ± 10 ° С в течение 15 ± 1 мин. - Промыванию в растворе этилового спирта 76% в течение 3 ± 1 мин., ополаскивание дистиллированной водой ГОСТ 6709 в течение 0,5 ± 0,1 мин., сушке горячим воздухом при температуре 80 ± 5 ° с до полного исчезновения влаги; - воздушной дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре 95 ± 5 ° С; - паровой стерилизации при температуре 100 ± 5 ° С в течение 10 ± 1 мин.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Аширова 8
Срок поставки:	с момента подписания договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 19126-2007 комплект массажных зондов 12 шт. В комплект входят зонды: «Вилочка», «Восьмерка», «Большие саночки», «Средние саночки», «Малые саночки», «Топорик», «Крестовина», «Толканчик», «Щипчики», «Подтягивающий», «Лебедушка», «Скользящий». Зонды устойчивы к: - пред стерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ 2874 в течение 0,5 ± 0,1 мин. -Замачиванию в растворе спирта этилового 76% при температуре 20 ± 10 ° С в течение 15 ± 1 мин. - Промыванию в растворе этилового спирта 76% в течение 3 ± 1 мин., ополаскивание дистиллированной водой ГОСТ 6709 в течение 0,5 ± 0,1 мин., сушке горячим воздухом при температуре 80 ± 5 ° с до полного исчезновения влаги; - воздушной дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре 95 ± 5 ° С; - паровой стерилизации при температуре 100 ± 5 ° С в течение 10 ± 1 мин.Перед поставкой поставщик обязуется предварительно к уточнению товар с Заказчиком. Требования к сертификату соответствия. Доставка, разгрузка за счет поставщика.