

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16748584-1
Сатып алудың атауы:	Тайыншинская ММБ ПВХ бойынша КГП үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86148630-3ЦП1
Лоттың атауы :	Пульсоксиметр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Импульстік оксиметр – капиллярлық қанның оттегімен қанығуын (оттегінің қанығуын) инвазивті емес өлшеуге арналған медициналық құрылғы.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	596020100, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қ. 151000, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ақпаратты көрсету - Жүрек соғу жиілігі SpO2 өлшеу диапазоны, % - 75-99 SpO2 өлшеу дәлдігі, % - ± 3 Жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны, BPM - 30-235 Жүрек соғу жиілігін өлшеу дәлдігі, BPM - ± 2 Батареяның қызмет ету мерзімі, сағат - 30 Қуат көзі - батареядан жұмыс істейді Қуатты тұтыну, мА - 30 Жұмыс кернеуі, V - 2,6 Сақтау температурасы, °C - -10 +40 Салыстырмалы ылғалдылық, % - 10-80 Жарық сенсоры - Қызыл шам Дисплей режимдерінің саны - 6 Дисплей - Түсті ASV TFT Ерекше өзгешеліктері Оттегі тазалығының индикаторы, оттегі концентрациясын бақылау сенсоры Қосымша ақпарат: Салмағы, кг - 0,05 Кепілдік мерзімі - 12 ай

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16748584-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для КГП на ПХВ Тайыншинская ММБ
Номер лота:	№ 86148630-3ЦП1
Наименование лота:	Пульсоксиметр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Пульсоксиметр медицинский прибор для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови (сатурации,)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	596020100, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша 151000, Северо-Казахстанская область, город Тайынша, ул. Крыжановского, 72
Срок поставки:	15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отображение информации на дисплее - Частота пульса Диапазон измерений SpO2, % - 75-99 Точность измерений SpO2, % - ± 3 Диапазон измерений частоты пульса, ударов в минуту - 30-235 Точность диапазона измерений частоты пульса, ударов в минуту - ± 2 Время автономной работы, ч - 30 Питание - От батареек Потребление энергии, мА. - 30 Рабочее напряжение, В - 2.6 Температура хранения, °C - от -10 до +40 Относительная влажность хранения, % - 10-80 Светочувствительный датчик - Красный свет Количество режимов информации на дисплее - 6 Дисплей - Цветной ASV TFT Особенности Индикатор чистоты кислорода, Датчик контроля концентрации кислорода Дополнительная информация Вес, кг - 0.05 Гарантийный срок - 12 мес.