

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852370-1
Сатып алудың атауы:	Қазан айына тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81955907-ОИ2
Лоттың атауы:	Оттекті баллон
Лоттың сипаттауы:	өкпені жасанды желдету аппараты үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оттегі цилиндрі 40л
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Л. Шевцова көшесі 18а
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	40 литрлік оттегі баллоны. Мақсаты: оттегіні жоғары қысыммен сақтау және тасымалдау үшін. Баллон жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Номиналды сыйымдылығы: 40 литр (0,04 м³). Жұмыс қысымы: 14,7 МПа (150 кгс/см²). Баллонның материалы: болат. Баллонның конструкциясы: жіксіз болаттан жасалған, көп рет пайдалануға арналған. Баллон қолданыстағы ГОСТ 949-73 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Баллон Қазақстан Республикасында қолданылатын міндетті қауіпсіздік талаптарына және ТР ТС 032/2013 «Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне сәйкес болуы тиіс. Сыртқы диаметрі: 219 мм. Корпус қабырғасының қалыңдығы: кемінде 6,8 мм. Корпус ұзындығы: кемінде 1370 мм. Бос баллонның салмағы: кемінде 58,4 кг. Баллон опорлық табанмен және оттегіге арналған вентильмен жабдықталуы тиіс. Вентиль баллонның мойын бұрандасына сәйкес келуі және оттегімен қауіпсіз пайдалануға арналған болуы тиіс. Баллон мойнының бұрандасы: W27,8 конустық бұрандасы немесе баллонның конструкциясына сәйкес келетін баламасы. Редуктор жеткізу жиынтығына кірмейді. Пайдалану температурасының диапазоны: минус 50 °С-тан плюс 60 °С-қа дейін. Баллонның ішкі және сыртқы беттерінде қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар болмауы тиіс. Баллон оттегімен пайдалануға жарамды, таза және майсыздандырылған болуы керек. Баллонда өндірушінің атауы, сериялық нөмірі, дайындалған күні, жұмыс қысымы және техникалық куәландыру туралы мәліметтерді қамтитын тиісті таңбалау болуы тиіс. Жеткізуші баллонның техникалық паспортын және қолданыстағы талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

	Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852370-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров на октябрь месяц
Номер лота:	№ 81955907-ОИ2
Наименование лота:	Баллон кислородный
Описание лота:	для аппарата искусственной вентиляции легких
Дополнительное описание лота:	Баллон кислородный 40л
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Л.Шевцовой 18а
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Баллон кислородный вместимостью 40 литров. Назначение: для хранения и транспортировки кислорода под высоким давлением. Баллон должен быть новым, ранее не использованным. Номинальная вместимость: 40 литров (0,04 м³). Рабочее давление: 14,7 МПа (150 кгс/см²). Материал баллона: сталь. Конструкция: стальной бесшовный баллон многоразового использования. Баллон должен соответствовать требованиям действующего в Республике Казахстан ГОСТ 949-73. Баллон должен соответствовать обязательным требованиям безопасности, применимым в Республике Казахстан, и техническому регламенту ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Наружный диаметр: 219 мм. Толщина стенки корпуса: не менее 6,8 мм. Длина корпуса: не менее 1370 мм. Масса пустого баллона: не менее 58,4 кг. Баллон должен быть укомплектован опорным башмаком и вентилем, предназначенным для кислорода. Вентиль должен соответствовать резьбе горловины баллона и быть предназначен для безопасной эксплуатации с кислородом. Резьба горловины: коническая W27,8 либо эквивалентное соединение, соответствующее конструкции баллона. Редуктор в комплект поставки не входит. Диапазон рабочих температур: от минус 50 °С до плюс 60 °С. На внутренней и наружной поверхностях баллона не допускаются дефекты, препятствующие безопасной эксплуатации. Баллон должен быть чистым, обезжиренным и пригодным для использования с кислородом. Баллон должен иметь соответствующую маркировку с указанием изготовителя, серийного номера, даты изготовления, рабочего давления и сведений о техническом освидетельствовании. Поставщик предоставляет технический паспорт баллона и документы,

подтверждающие соответствие применимым требованиям.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня поставки товара.