

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788884-1
Сатып алудың атауы:	GDP I/GDP II аккумуляторлық хирургиялық бұрғысына арналған медициналық бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 43602016-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	GDP I/GDP II аккумуляторлық хирургиялық бұрғысына арналған медициналық бұйымдар
Лоттың сипаттауы:	GDP I/GDP II аккумуляторлық хирургиялық бұрғысына арналған медициналық бұйымдар
Лоттың нөмірі :	88131429
Лоттың атауы :	Батарея
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық жүйеге арналған, аккумулятор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Р. Сабатаев к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен 20 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Батарея үлкен. Материал: литий-ионды (Li-Ion). Оның кемінде 3 жез контактісі бар: 1) Плюс 2) бейтарап 3) Минус. Батарея ішіндегі элементтер саны кемінде 6 дана. әрқайсысы кемінде 3,6 В. Кернеу мен жалпы сыйымдылықты арттыру үшін элементтердің қосылуы параллель - сериялы. Батареяның шамы бар, ол батареяның толық заряды туралы хабарлайды. Батареяның ағымдағы сыйымдылығын бақылау үшін кемінде 2 түсті Индикатор: қызыл (разрядталған), жасыл(зарядталған). Зарядталған батареяны зарядтау уақыты 30 минуттан аспайды Вольтаж: кемінде 9,9 в. Сыйымдылығы: кем дегенде 2,2 А-сағ, батареядағы сақтау құрылғылары: қайта зарядтау циклдарының санын есте сақтайтын микрочип. Батареяның ағымдағы сыйымдылығының кіріктірілген жарықдиодты көрсеткіші бар. Батареяның өлшемдері: ұзындығы: 86 мм-ден аспайды, ені:66 мм-ден аспайды, биіктігі: 57 мм-ден аспайды, салмағы шамамен.: 336 г аспайды. стерильденетін қақпақпен тығыз бекітуге арналған жылжымалы Болат бекіткіші бар. 30 Вт зарядтағыштың кірісі. Хирургиялық қайта зарядталатын GDP I/GDP II бұрғылауымен үйлесімді болуы керек
Лоттың нөмірі :	88131408
Лоттың атауы :	Тысқап
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық жүйесінің аккумуляторлық батареясы үшін, етермотөзімді пластиктен жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Р. Сабатаев к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен 20 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Хирургиялық қайта зарядталатын GDP I/GDP II бұрғылауға арналған зарарсыздандырылмайтын үлкен аккумулятор үшін зарарсыздандырылған, қара түсті корпуста тұтқаларға тез қосылуға арналған шаналар бар. Герметикалық жабылатын. Корпус пен қақпақ алюминийден жасалған. Корпустың ішінде қосылатын сымдардың болмауы (аккумулятордан шыққан түйреуіш дәнекерленген және басқа қосымша қосылыстардың зақымдану мүмкіндігін болдырмайтын қатты текстолит пластинасы арқылы беріледі. Контейнер қақпағын ашатын және жабатын металл, өңдеуге төзімді рычаг, тығыздағыш ыстыққа төзімді резеңке таспа. Бекіту-бекітетін "табаны"бар Бекіту механизмі. Өлшемдері: ұзындығы - 97 мм, Ені - 70 мм, биіктігі - 85 мм артық емес. Хирургиялық қайта зарядталатын GDP I/GDP II бұрғылауымен үйлесімді болуы керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788884-1
Наименование закупки:	Медицинские изделия на дрель хирургическую аккумуляторную GDP I/GDP II
Номер лота:	№ 43602016-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Медицинские изделия на дрель хирургическую аккумуляторную GDP I/GDP II
Описание лота:	Медицинские изделия на дрель хирургическую аккумуляторную GDP I/GDP II
Номер пункта плана:	№ 88131429
Наименование пункта плана:	Батарея
Описание пункта плана:	для системы хирургической, аккумуляторная
Дополнительное описание пункта плана:	согласно технической спецификации
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Р. Сабатаева, 1
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Батарея аккумуляторная большая. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Имеет не менее 3 латунных контакта: 1) Плюс 2) Нейтральный 3) Минус. Кол-во элементов внутри батареи не менее 6 шт. не менее 3,6 В каждый. Соединение элементов - параллельно-последовательное для повышения напряжения и общей ёмкости. Имеет световой индикатор на аккумуляторе, сообщающий о практически полном разряде батареи. Индикатор не менее 2 цвета для мониторинга текущей ёмкости батареи: красный(разряжен), зеленый(заряжен). Время зарядки разряженной батареи не более 30 минут Вольтаж: не менее 9,9 В. Емкость: не менее 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Имеет встроенную светодиодную индикацию текущей ёмкости батареи. Размеры аккумулятора: Длина: не более 86 мм, Ширина: не более 66 мм, Высота: не более 57 мм, Масса прим.: не более 336 г. Имеет стальной подвижный фиксатор для плотной фиксации с чехле стерилизуемом. Вход зарядного устройства 30 Вт. Должен быть совместим с дрелью хирургической аккумуляторной GDP I/GDP II
Номер пункта плана:	№ 88131408
Наименование пункта плана:	Чехол
Описание пункта плана:	для батареи аккумуляторной системы хирургической, из термостойкого пластика
Дополнительное описание пункта плана:	согласно технической спецификации
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Р. Сабатаева, 1
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Чехол для батареи на дрель хирургическую аккумуляторную GDP I/GDP II, стерилизуемый для не стерилизуемого большого аккумулятора, черного цвета, имеет салазки для быстрого соединения с рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус и крышка чехла выполнены из алюминия. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством цельной текстолитовой пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, уплотняющая термостойкая резиновая лента. Крепление - защелкивающийся механизм с закрепляющей "лапкой". Размеры: не более длина- 97 мм, ширина- 70 мм, высота- 85 мм. Должен быть совместим с дрелью хирургической аккумуляторной GDP I/GDP II