

Техническая спецификация

Услуги на проведение поверки стеклянных мер (мерных колб класса А)

Список мер вместимости стеклянных (мерных колб) класса А:

200 мл-3шт.

100 мл- 5шт.

50 мл-9 шт

общее количество-17 шт.

Результаты поверки СИ удостоверяются свидетельством о поверке. Поверка должна проводится аккредитованной лабораторией на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Ответственный сотрудник: Мукамеджанова Рысты +7 707 2628703

Техникалық сипаттама

Шыны өлшеу құралдарын (А класты өлшеуіш колбаларды) тексеру қызметтері

А сыныбының шыны (өлшеу колбаларының) сыйымдылығы өлшемдерінің тізімдемесі:

200 мл-3 дана.

100 мл - 5 дана

50 мл-9 дана

жалпы саны - 17 дана

Өлшем құралдарын тексеру нәтижелері тексеру туралы куәлікпен куәландырылады. Тексеруді аккредиттелген зертхана «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» атты ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 стандартының талаптарына сәйкес жүргізуі тиіс.

Жауапты қызметкер: Мукамеджанова Рысты +7 707 2628703

