Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17981206-1
Сатып алудың атауы:	Бөген дәрігерлік амбулаториясын жабдықтармен қаматасыз ету
Лоттың нөмірі:	№ 84488594-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	фармацевтикалық, көлемі 250 л дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Холодильник фармацевтический, объем 250 л
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613630100, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а., Әлжанов көшесі 19
Жеткізу мерзімі:	в течение 15 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фармацевтикалық Тоңазытқыш. Жалпы көлемі кемінде 250 литр. Компрессорлардың саны кемінде 1 дана. R600a салқындатқышы (озонға қауіпсіз). Биіктігі кемінде 1300 мм. тереңдігі кемінде 610 мм. ені кемінде 600 мм. Максималды номиналды қуат, 90 Вт аспайды. Кернеу 230±23 вольт. Автокөліктің Тоңазытқыш камерасын еріту жүйесі. Тоңазытқыш камерасындағы Температура +2-ден + 15 °С-қа дейін. Термокартаның болуы. Қоршаған ауаның температурасы 25 °С және 5 °С болғанда электр энергиясының шығыны 0,59 кВт аспайды.сағ / тәулік. Сөрелер саны кемінде 5 дана. ультра сезімтал температура сенсоры бар микропроцессорлық температура реттегіші; мәжбүрлі ауа айналымы жүйесі; құлыппен металл есік; камерадағы Температураны автоматты түрде ұстап тұру; берілген температурадан ауытқу кезіндегі дабыл; басқару тақтасының тақтасында температураны көрсету; есікті ашқан кезде желдеткішті өшіру; фармакологиялық препараттарға арналған пластикалық контейнерлер – 2 дана.; тоңазытқыштың жылу оқшаулауы-полиуретанды көбік; тоңазытқыштың қозғалысын қамтамасыз ету үшін роликті тіректер қарастырылған. NTIN 0200250031766. Кепілдік 12 ай. ГОСТ 26678-85

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17981206-1
Наименование закупки:	Бөген дәрігерлік амбулаториясын жабдықтармен қаматасыз ету
Номер лота:	№ 84488594-ЗЦП1
Наименование лота:	Холодильник
Описание лота:	фармацевтический, объем до 250 л
Дополнительное описание лота:	Холодильник фармацевтический, объем 250 л
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613630100, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, ул Алженова 19
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Холодильник фармацевтический. Общий объем не менее 250 литр. Количество компрессоров не менее 1 штук. Хладагент R600a (озонобезопасный). Высота не менее 1300 мм. Глубина не менее 610 мм. Ширина не менее 600 мм. Максимальная номинальная мощность, не более 90 Вт. Напряжение 230±23 вольт. Система оттаивания холодильной камеры авто. Температура в холодильной камере от +2 до +15 °С. Точность поддержания температуры ±2. Наличие термокарты. Расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25 °С и уставке 5 °С не более 0,59 кВт.ч/ сутки. Количество полок не менее 5 шт. микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери; пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.; теплоизоляция холодильника – пенополиуретан; для обеспечения перемещения холодильника предусмотрены роликовые опоры. NTIN 0200250031766. гарантия 12 месяц. ГОСТ 26678-85