

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17799286-1
Тендер атауы:	Зертханалық материалдар
Лоттың №:	№ 88307675-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Жапсыруға арналған пасталар; тіс дәрігерлік балауызы және тіс дәрігерлік тәжірибеде қолданылатын ғаныштан тұратын материалдар, өзгелер; микроорганизмдерді өсіруге арналған дақылдар ортасы; басқа топтамаларға енгізілмеген диагностикалық немесе зертханалық

Генетикалық анализаторларға арналған дайын жұмыс буферлік ерітіндісі бар анодтық буфер контейнері. Қойылатын техникалық талаптар: Тауар құрамында концентрациясы 1X дайын жұмыс буферлік ерітіндісі бар пайдалануға дайын анодтық буфер контейнері болуы тиіс. Буфер генетикалық анализаторлармен жұмыс істеу кезінде электрофорездік бөлуді жүргізуді қамтамасыз етуге арналған болуы тиіс. Буфер контейнері келесі жабдықтармен үйлесімді болуы тиіс: Applied Biosystems 3500 Series Genetic Analyzers; Applied Biosystems SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers. Буфер көрсетілген генетикалық анализаторлар серияларында өндіруші көздеген барлық электрофорездік қолдану түрлерінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Жеткізу нысаны: алдын ала жұмыс буферімен толтырылған, аспапқа тікелей орнатуға дайын бір реттік контейнер. Контейнер бір рет қолданылатын болуы және аспапқа орнату алдында буферді дайындауды, сұйылтуды немесе басқа ыдысқа құюды талап етпеуі тиіс. Контейнердің таңбасына біріктірілген радиожіілкті сәйкестендіру (RFID) белгісі болуы тиіс. RFID белгісі контейнердің жапсырмасына тікелей интеграцияланған болуы және үйлесімді генетикалық анализатор арқылы шығыс материалды автоматты сәйкестендіруге арналған болуы тиіс. Контейнердің жоғарғы бөлігі аспапқа орнату алдында алынуы тиіс термиялық дәнекерленген пластикалық пленкамен герметикалық жабылуы тиіс. Қорғаныш пленка алынғаннан кейін контейнер үйлесімді генетикалық анализаторға тікелей орнатылуы тиіс. Жиынтықталуы: бір қаптамада 4 жеке контейнер. Саны: жеткізу бірлігінде кемінде 4 контейнер. Әрбір контейнерде тиісті аспапқа арналған түпнұсқа шығыс материалының конструкциясында көзделген көлемде дайын 1X running buffer болуы тиіс. Сақтау шарттары: пайдалануға дейін +2 °C-тан +8 °C-қа дейінгі температурада. Қаптамада жарамдылық мерзімінің аяқталу күні көрсетілуі тиіс. Жарамдылық мерзімі өткен шығыс материалын жеткізуге жол берілмейді. Тауар буферлік ерітіндінің сақталуын және өнімді, партияны және жарамдылық мерзімін сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз ететін түпнұсқа зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Әлеуетті өнім берушіде жеткізілетін жабдық өндірушісінен немесе оның Қазақстан Республикасының аумағындағы уәкілетті өкілінен тауарды жеткізуге арналған авторизациялық хаттың немесе сенімхаттың көшірмесі болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17799286-1
Наименование Тендера:	Зертханалық материалдар
№ лота:	№ 88307675-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Пасты для лепки; воск зубоврачебный и материалы на гипсовой основе, используемые в зубоврачебной практике, прочие; среды культурные для выращивания микроорганизмов; реагенты диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

Контейнер анодного буфера с готовым рабочим буферным раствором для генетических анализаторов.

Требуемые технические характеристики: Товар должен представлять собой готовый к применению контейнер анодного буфера, содержащий рабочий буферный раствор концентрации 1X.

Буфер должен быть предназначен для обеспечения проведения электрофоретического разделения при работе генетических анализаторов.

Буферный контейнер должен быть совместим с: Applied Biosystems 3500 Series Genetic Analyzers; Applied Biosystems SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers. Буфер должен быть пригоден для использования во всех предусмотренных производителем электрофоретических применениях на указанных сериях генетических анализаторов.

Форма поставки: готовый к непосредственной установке на прибор одноразовый контейнер с предварительно заправленным рабочим буфером. Контейнер должен быть одноразовым и не требовать приготовления, разведения или переливания буфера перед установкой на прибор. Контейнер должен иметь встроенную в маркировку радиочастотную идентификационную метку (RFID). RFID-метка должна быть интегрирована непосредственно в этикетку контейнера и предназначаться для автоматической идентификации расходного материала совместимым генетическим анализатором. Верхняя часть контейнера должна быть герметично закрыта термосвариваемой пластиковой пленкой, предназначенной для удаления непосредственно перед установкой контейнера на прибор. После удаления защитной пленки контейнер должен обеспечивать непосредственную установку на совместимый генетический анализатор.

Комплектация: 4 индивидуальных контейнера в одной упаковке.

Количество: не менее 4 контейнера в единице поставки. Каждый контейнер должен содержать готовый 1X running buffer в объеме, предусмотренном конструкцией оригинального расходного

материала для соответствующего прибора.

Условия хранения: от +2 °С до +8 °С до момента использования. На упаковке должна быть указана дата окончания срока годности. Не допускается поставка расходного материала с истекшим сроком годности. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность буферного раствора и возможность идентификации продукта, партии и срока годности.

Потенциальный поставщик должен иметь копию авторизационного письма или доверенности от производителя поставляемого оборудования или его полномочного представителя на поставку товара на территории Республики Казахстан.