

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761734-1
Сатып алудың атауы:	Су термостаты мен Центрифуганы сатып алу (ХТЖЭ кафедрасы үшін)
Лоттың нөмірі:	№ 82935099-3ЦП6
Лоттың атауы:	Термостат
Лоттың сипаттауы:	сұйықтықтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су термостаты (ХТЖЭ кафедрасы үшін)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республика даңғылы 30
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Су термостаты. Шомылғы температурасын бөлме температурасынан кемінде 80°С дейін орнатуға болады. Шомылғы температурасын сақтау дәлдігі $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ аспайды. Белгіленген температураға жетудің ең көп уақыты 30 минуттан аспайды. Ваннаға қосылатын сұйықтықтың ең көп көлемі 4,5 литрден кем емес. Қоршаған орта температурасынан жоғары тұрақтандыру температурасы $+3^{\circ}\text{C}$ артық емес Қуат көзі 220 В кем емес / 50 Гц кем емес. Қуат тұтынуы 1,5 кВт кем емес. Сұйықты араластыру үшін қосымша араластырғыш және сорғымен жабдықталған. Жеткізу және түсіру Тапсырыс берушінің қоймасы көлікпен және күшпен жүзеге асырылады Жеткізуші.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761734-1
Наименование закупки:	Закуп водяного термостата и centrifуги (для кафедры ХТиЭ)
Номер лота:	№ 82935099-3ЦП6
Наименование лота:	Термостат
Описание лота:	жидкостный
Дополнительное описание лота:	Водяной термостат (для кафедры ХТиЭ)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау проспект Республики 30
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Водяной термостат. Диапазон устанавливаемой температуры в ванне, от комнатной до не менее 80°C Точность поддержания температуры в ванне не более $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ макс время выхода на заданную температуру не более 30 мин макс объем жидкости заливаемый в ванну не менее 4,5 л Температура стабилизации выше окружающей среды не более $+3^{\circ}\text{C}$ Сеть не менее 220 В / не менее 50Гц Потребляемая мощность не менее 1,5 кВт Дополнительно оборудован мешалкой и насосом для циркуляции жидкости. Поставка и разгрузка на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика.